

คุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย พ. ที่ 808/49 (พบ.)

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6515-XX-247-1859

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ขอเกี่ยวม่านตา (Flexible Iris Retractors)

หน่วยนับ ชิ้น

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 คุณลักษณะเฉพาะในการใช้งาน ใช้สำหรับเกี่ยวขอบม่านตาเพื่อให้ม่านตาขยายขณะทำการผ่าตัด

1.2 คุณลักษณะเฉพาะในทางเทคนิค

1.2.1 ขอเกี่ยวม่านตาทำจากไททานเนียมที่มีความยืดหยุ่นและแข็งแรง

1.2.2 บรรจุในซองปราศจากเชื้อ

1.3 คุณลักษณะเฉพาะในการออกแบบ

1.3.1 ขอเกี่ยวม่านตามีลักษณะเป็นเส้นลวดยาว ซึ่งมีปลายด้านหนึ่งงอเป็นตาขอใช้เกี่ยวขอบม่านตา ส่วนกลางมีที่จับ

1.3.2 ขนาดและความยาวและจำนวนจะระบุในการจัดหาแต่ละครั้ง

2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ -

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบแคตตาล็อก และทดลองใช้งาน

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ. ของ พบ.

(ลงชื่อ) พ.อ.ประสงค์ ล้อมทอง ผอ.กวก.พบ./ประธานกรรมการ
(ประสงค์ ล้อมทอง)

(ลงชื่อ) พ.อ.ปรีชา อนันตะ ผอ.กทพ.พบ./กรรมการ
(ปรีชา อนันตะ)

(ลงชื่อ) พ.ท.หญิง เปรมวดี ฐานพงษ์ หน.พยาบาลห้องผ่าตัด/กรรมการร่วมจากหน่วยใช้
(เปรมวดี ฐานพงษ์)

27 ก.ค.49

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อ่อนุมัติให้ใช้
ตามอนุมัติ จก.พบ. ท้ายหนังสือ กวก.พบ.
ที่ กท 0446.13/496 ลง 27 ก.ค.49