

คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ. ที่ 344/49(พบ.)

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6515-XX-247-1396

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ วงแหวนึงเชื่อมหุ้มเลนส์
(Capsular Tension Ring)

หน่วยนับ ข้าง

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 คุณลักษณะเฉพาะในการใช้งาน ใช้ใส่ภายในถุงเชื่อมหุ้มเลนส์ (Capsular Bag) ในการผ่าตัดต้อกระจก

1.2 คุณลักษณะเฉพาะในทางเทคนิค

1.2.1 ทำด้วยวัสดุ PMMA เป็นชิ้นเดียวติดต่อกัน (One piece) มีลักษณะเป็นขอบตั้งฉาก (Square Edges)

1.2.2 เป็นวงแหวนขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 10.0-14.0 มม. แต่ละระดับต่างกัน 1.0 มม.

1.2.3 เป็นวงแหวนสำหรับใส่ภายในถุงหุ้มเลนส์ ทำให้ถุงหุ้มเลนส์ถ่างขยายออก

1.3 คุณลักษณะเฉพาะในการออกแบบ

1.3.1 บรรจุ 1 ข้าง/1 กล่อง

1.3.2 ใช้ใส่ได้ทั้งก่อนและหลังนำเลนส์แก้วตาออก

1.3.3 สามารถทำให้ปราศจากเชื้อโดยการอบฆ่าเชื้อด้วยแก๊ส

2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ -

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบเคตตาลอก และทดลองใช้งาน

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.ของ พบ.

(ลงชื่อ) พ.อ.ประสงค์ ล้อมทอง

(ประสงค์ ล้อมทอง)

ผอ.กวก.พบ./ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ) พ.อ.ปรีชา อนันตะ

(ปรีชา อนันตะ)

ผอ.กทพ.พบ./กรรมการ

(ลงชื่อ) พ.ต.หญิง เปรมวดี ฐานพงษ์

(เปรมวดี ฐานพงษ์)

พยาบาลห้องผ่าตัดจักษุฯ รพ.ร.ร.6/

กรรมการร่วมจากหน่วยใช้

24 ต.ค.2548

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อनुมติให้ใช้
ตามอนุมติ จก.พบ.ท้ายหนังสือ กวก.พบ.
ที่ กท 0446.13/994 ลง 4 พ.ย.48