

คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ. ที่ 116/52 (พบ.)

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6520-XX-247-2631

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ซีเมนต์ปิดวัสดุคลองรากฟัน  
(Root Canal Cement)

หน่วยนับ กระปุก

#### 1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 คุณลักษณะเฉพาะในการใช้งาน ใช้เป็นวัสดุสำหรับปิดเชื่อมต่อระหว่างวัสดุอุดรากฟันและผิวของคลองรากฟัน (Sealer) ในขั้นตอนการอุดคลองรากฟัน

1.2 คุณลักษณะเฉพาะในทางเทคนิค ใช้ผสมกับน้ำมันกานพลู (Oil of Clove) จนได้ลักษณะที่เป็นครีมข้น (Thick Creamy Consistency) เมื่อนำไปฉาบผนังคลองรากฟัน และแท่งกัตาเปอร์ชาในขั้นตอนการอุดคลองรากฟัน จะสามารถยึดเกาะเชื่อมกันได้อย่างหนาแน่นมั่นคง

1.3 คุณลักษณะเฉพาะในการออกแบบ เป็นผงบรรจุในกระปุก หรือภาชนะอื่นที่ดีกว่า มีฝาเกลียวปิดสนิท

2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

#### 3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 ขนาดบรรจุ จะระบุในการจัดหาแต่ละครั้ง

3.2 มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 2 ปี ในวันส่งของ

3.3 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบแท่งกัตาดีอก และทดลองใช้งาน

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.ของ พบ.

(ลงชื่อ) พ.อ.จิตติภูมิ เอื้ออำนวย

ผอ.กวก.พบ./ประธานกรรมการ

( จิตติภูมิ เอื้ออำนวย )

(ลงชื่อ) พ.อ.พิสุทธิ บุตรงามดี

ผอ.กทพ.พบ./กรรมการ

( พิสุทธิ บุตรงามดี )

(ลงชื่อ) พ.ท.หญิง อูสา สัจจาปะละ

หน.พบ./ กรรมการร่วมจากหน่วยใช้

( อูสา สัจจาปะละ )

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อนุมัติให้ใช้  
ตามอนุมัติ จก.พบ. ท้ายหนังสือ กวก.พบ.  
ที่ กท 0446.13/1296 ลง 27 ต.ค.51

27 ต.ค.2551