

คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ. ที่ 231/52 (พบ.)

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6532-XX-247-2746

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ วัสดุสำหรับปูคลุมก่อนทำการผ่าตัด  
(Split Drape)

หน่วยนับ ชิ้น

## 1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 คุณลักษณะเฉพาะในการใช้งาน ใช้คลุมป้องกันการซึมของน้ำและของเหลวจากแผลผ่าตัดก่อนทำการผ่าตัดเพื่อให้บริเวณที่ผ่าตัดปราศจากเชื้อ

### 1.2 คุณลักษณะเฉพาะในทางเทคนิค

1.2.1 ผลิตจากพลาสติกหรือวัสดุอื่นที่เทียบเท่าหรือดีกว่า

1.2.2 สามารถป้องกันน้ำและของเหลวจากแผลผ่าตัดไม่ให้ซึมผ่านได้

### 1.3 คุณลักษณะเฉพาะในการออกแบบ

1.3.1 ส่วนบนมีรอยแยกมีลักษณะคล้ายตัว U พร้อมแถบการรอบตัว U ที่ติดกับผิวหนังผู้ป่วยได้  
ทุกสภาพผิวหนัง

1.3.2 ผ่านการทำให้ปราศจากเชื้อแล้ว บรรจุในหีบห่อที่ปิดสนิทพร้อมนำมาใช้งาน

1.3.3 มีหลายขนาดให้เลือกตามความเหมาะสมของชนิดการทำผ่าตัด

1.3.4 บรรจุ 1 ชิ้น ต่อ 1 ซอง

## 2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

## 3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 ต้องเป็นของใหม่และไม่เคยใช้งานมาก่อน

3.2 มีอายุการใช้งานอย่างน้อย 1 ปี นับจากวันส่งของ

## 4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบแก้ตาฉีก และทดลองใช้งาน

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.ของ พบ.

(ลงชื่อ) พ.อ.ฐิติภูมิ เอื้ออำนวย  
( ฐิติภูมิ เอื้ออำนวย )

ผอ.กวก.พบ./ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ) พ.อ.พิสุทธิ บุตรงามดี  
( พิสุทธิ บุตรงามดี )

ผอ.กทพ.พบ./กรรมการ

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อนุมัติให้ใช้  
ตามอนุมัติ จก.พบ.ท้ายหนังสือ กวก.พบ.  
ที่ กท 0404.13/358 ลง 18 พ.ค.52

(ลงชื่อ) พ.ท.หญิง พชรินทร์ รตเวสสนันท์  
( พชรินทร์ รตเวสสนันท์ )

หน.พยาบาลห้องผ่าตัด รพ.ร.ร.6/  
กรรมการร่วมจากหน่วยใช้