

คุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย พ. ที่ 058/53 (ชั่วคราว)

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6515-XX-247-0644

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ เครื่องวัดอุณหภูมิทางหน้าผากแบบไม่สัมผัสร่างกาย
(Non-Contact Forehead Infrared Thermometer)

หน่วยนับ เครื่อง

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 คุณลักษณะเฉพาะในการใช้งาน ใช้ในการวัดอุณหภูมิของร่างกายทางหน้าผาก โดยตัวเครื่องไม่ต้องสัมผัสร่างกาย สำหรับตรวจสอบภาวะการมีไข้ในเบื้องต้น

1.2 คุณลักษณะเฉพาะในทางเทคนิค

1.2.1 สามารถวัดค่าอุณหภูมิทางหน้าผากได้โดยตัวเครื่องไม่ต้องสัมผัสกับร่างกาย มีระยะห่างในการวัดอยู่ในช่วง 3-5 เซนติเมตร

1.2.2 มีหน้าจอแสดงผลการวัดค่าอุณหภูมิเป็นตัวเลขดิจิทัล

1.2.3 สามารถตั้งค่าหน่วยวัดอุณหภูมิได้ทั้งแบบองศาเซลเซียสและแบบองศาฟาเรนไฮต์

1.2.4 สามารถวัดค่าอุณหภูมิได้ในช่วง 34.0-42.0 °C หรือ 93.2-107.0 °F

1.2.5 มีสัญญาณเตือนเมื่อวัดค่าเสร็จสมบูรณ์

1.2.6 มีค่าความแม่นยำ +/- 0.2 °C

1.2.7 สามารถบันทึกค่าการวัดเพื่อเรียกข้อมูลดูย้อนหลังได้

1.2.8 ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่

1.3 คุณลักษณะเฉพาะในการออกแบบ เป็นเครื่องวัดอุณหภูมิของร่างกายทางหน้าผากด้วยระบบ Infrared โดยตัวเครื่องไม่ต้องสัมผัสร่างกาย มีขนาดเล็ก กะทัดรัด ใช้งานง่าย

2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ ต้องเป็นของใหม่และไม่เคยใช้งานมาก่อน มีเอกสารคู่มือการใช้งานและปรนนิบัติบำรุงตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบเค็ดตาลีอก และทดลองใช้งาน

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.ของ พบ.

(ลงชื่อ) พ.อ.ทักษิณ เจียมทอง
(ทักษิณ เจียมทอง)

ผอ.กวก.พบ./ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ) พ.อ.พิสุทธิ บุตรงามดี
(พิสุทธิ บุตรงามดี)

ผอ.กทพ.พบ./กรรมการ

(ลงชื่อ) พ.ท.อภิศักดิ์ นุ่มนาม
(อภิศักดิ์ นุ่มนาม)

หน.พบ./กรรมการร่วมจากหน่วยใช้

14 ธ.ค.2552

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อนุมัติให้ใช้
ตามอนุมัติ ผบ.ทบ. ทำขึ้นที่ กบ.ทบ.
ที่ต่อ กท 0404/17557 ลง 30 ธ.ค.52