

คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ. ที่ 467/49 (พบ.)

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6830-XX-247-1519

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ก๊าซไนโตรเจนทางการแพทย์
(Nitrogen Gas for Medical use)

หน่วยนับ ท่อ

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 คุณลักษณะเฉพาะในการใช้งาน ใช้เป็นก๊าซสำหรับสร้างแรงหมุนเครื่องมือตัดเจาะกระดูก
ในการผ่าตัดศัลยกรรมกระดูก และศัลยกรรมทั่วไป

1.2 คุณลักษณะเฉพาะในทางเทคนิค

1.2.1 เป็นก๊าซที่ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น มีความบริสุทธิ์ไม่น้อยกว่า 99.5%

1.2.2 สูตรทางเคมี (Formula) = N_2 น้ำหนักโมเลกุล (Molecular Weight) = 28

1.2.3 มีจุดเดือดที่ -195.8 องศาเซลเซียส

1.3 คุณลักษณะเฉพาะในการออกแบบ

1.3.1 เป็นก๊าซไนโตรเจนชนิดบรรจุในท่อก๊าซทนความดัน ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม (มอก.)

1.3.2 ขนาดบรรจุที่ต้องการ จะระบุในการจัดหาแต่ละครั้ง

2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุในท่อสีและสัญลักษณ์ ตามมาตรฐานของ มอก.

3. ข้อกำหนดอื่นๆ ผ่านการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบและทดลองใช้งาน

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ. ของ พบ.

พ.อ.....ผอ.ทว.พบ./ประธานกรรมการ

(ประสงค์ ล้อมทอง)

พ.อ.....ผอ.กทพ.พบ./กรรมการ

(ปรีชา อนันตะ)

พ.ท.หญิง.....หน.หอผู้ป่วย รพ.ร.๖/กรรมการร่วมจากหน่วยใช้

(สมหมาย สัมมาพันธ์)

คุณศ. 2560

