

คุณลักษณะเฉพาะ ทบ.ส.สาย พ.ท. ที่ 472/49 (พบ.)  
 หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6515-XX-247-1524  
 ชื่ออุปกรณ์ สายท่อสำหรับเชือกหูปอด  
 ( Tracheostomy Tube )  
 หน่วยนับ ชุด

### 1. คุณลักษณะเฉพาะ

- 1.1 คุณลักษณะเฉพาะในการใช้งาน ให้เป็นท่อสำหรับเชือกหูปอดสำหรับขั้วในการหายใจ
- 1.2 คุณลักษณะเฉพาะในทางเทคนิค ตัวท่อ (Tube) ทำด้วยโลหะไม้เหล็กนิยม (Stainless steel) หรือ ทำด้วยเงิน
- 1.3 คุณลักษณะเฉพาะในการออกแบบ
  - 1.3.1 เป็นโลหะกลวง (Thin wall) ประกอบด้วย 2 ส่วนของหดออกด้านนอกและด้านใน ซึ่งด้านในสามารถดูดออก ทำการลอกได้
  - 1.3.2 มีถ่านลวด ปลายด้านหนึ่งมีคุณสมบัติรับเป็นด้าวนในการใส่ท่อ และปลายด้านหนึ่งเป็นตัวขัน
  - 1.3.3 สามารถนำไปทำให้ปราศจากเชื้อได้
  - 1.3.4 ขนาดหรือเบอร์ จะกำหนดในการจัดหาแต่ละครั้ง
2. การบรรจุและหิ้วห่อ บรรจุและหิ้วห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต
3. ข้อกำหนดอื่นๆ เป็นของใหม่ ไม่เก็บใช้งานมาก่อน
4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบเบ็ดเตล็ดของเครื่องใช้งาน

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ ทบ.ส.สาย พ.ท. ของ พบ.

พ.อ. .... พ.อ. กว.พ.บ./ประธานกรรมการ

(ประสาร ก.ล้อมทราย)

พ.อ. .... พ.อ. กพพ.พบ./กรรมการ

(ปรีชา อนันดา)

พ.ท. พฤฒิ ... พ.ท. พฤฒิ ... พน. พท. ที่ปรึกษา พ.ร.อ. ก.ร.อ. กรรมการร่วมจากหน่วยใช้  
 ( สมหมาย สัมมาชนน์ )

9 ม.ค. 2549

คุณลักษณะเฉพาะนี้อยู่บังคับใช้
ตามอนุสัมมติ อก.พบ.ท้าบทัน្ហรือ กาก.กบ.
ถูกต้อง 0446.12/12 ณ ๑๑.๒.๔๙
ที่ลงนาม

๑๓.๐๙.๔๙

นายแพทย์ประจิรา คลังแสงกุนทร์ กก.ก.ร.ค.สุรนารี

๑/๗/๖๒