

คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.ที่ 111/47(พบ.)

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6640-XX-253-5313

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ เข็มเจาะและเก็บตัวอย่างชิ้นเนื้อ ชนิดกึ่งอัตโนมัติ
(Semi – Automatic Biopsy Needle)

หน่วยนับ ชุด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 คุณลักษณะเฉพาะในการใช้งาน ใช้สำหรับเก็บตัวอย่างชิ้นเนื้อเพื่อส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ

1.2 คุณลักษณะเฉพาะในทางเทคนิค -

1.3 คุณลักษณะเฉพาะในการออกแบบ

1.3.1 เป็นเข็มเจาะและเก็บตัวอย่างชิ้นเนื้อ ชนิดกึ่งอัตโนมัติที่ทำให้ปราศจากเชื้อแล้ว

1.3.2 ใน 1 ชุด ประกอบด้วย ตัวเข็มและค้ำจับ

1.3.1.1 ตัวเข็มลักษณะเป็นเข็ม 2 ชั้น ชั้นนอก (Outer Canula) และชั้นใน (Inner Stylet)

1.3.1.2 ค้ำจับมีหัวงสอดนิ้วและมีปุ่มกดเครื่องแทงทำหน้าที่ล็อกและยิงเข็มด้วยกลไกสปริง

1.3.3 ขนาดบรรจุของละ 1 ชุด ขนาดของเข็ม, ความยาวของเข็ม, ขนาดช่วงจับชิ้นเนื้อ จะระบุในการจัดหาในแต่ละครั้ง

2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่น ๆ มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 1 ปี ในวันส่งของ

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ ของตัวอย่างและทดลองใช้งาน

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.ของ พบ.

(ลงชื่อ)พ.อ. ศาสกร กองมัน ผอ.กก.พ.บ./ประธานกรรมการ
(ศาสกร กองมัน)

(ลงชื่อ)พ.อ. ปรีชา อนันตะ ผอ.กทพ.พ.บ./กรรมการ
(ปรีชา อนันตะ)

(ลงชื่อ)พ.ต. ชัชชาญ กองพานิช รังสีแพทย์ ทร.ส.ร.ร.6/กรรมการร่วมจากหน่วยใช้
(ชัชชาญ กองพานิช)

...25..../...ก.พ..../...47....

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อนุมัติให้ใช้
ตามอนุมัติ จก.พบ.ทำหนังสือ กก.พบ.
ที่ กท 0446.13/137 ลง 25 ก.พ.47