

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย พ. ที่ 029/54  
 หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6530-XX-247-0755  
 ชื่อสิ่งอุปกรณ์ เตียงผู้ป่วยแบบบารีไฮท์  
 (Variheight Bed )

หน่วยนับ เตียง

### 1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน ใช้เป็นเตียงนอนสำหรับผู้ป่วย สามารถปรับท่าของเตียงด้วยระบบมือหมุน

#### 1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 โครงสร้างของเตียง คานรองรับพื้นเตียง พื้นเตียง ราวกันเตียง ส่วนยึดโครงเตียง เพลาเตียง และขาเตียง ทำด้วยโลหะปลอกสนิม (Stainless Steel)

1.2.2 พนักหัวเตียงและท้ายเตียง เป็นไม้ปาร์เกิลบุด้วยโฟเมก้าทั้ง 2 ด้าน และหุ้มขอบด้วยไนล่อน หรือวัสดุอื่นที่เทียบเท่าหรือดีกว่า

1.2.3 สามารถรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 150 กก.

1.2.4 มือหมุนสำหรับปรับท่าของเตียง ทำด้วย Stainless Steel

1.2.5 มือหมุนปรับฟาวเลอร์ 2 ไก และ ไกหมุนปรับบารีไฮท์ 1 ไก

1.2.6 สามารถปรับระดับของเตียง และท่าต่างๆ ได้ดังนี้

1.2.6.1 ปรับระดับพื้นเตียงขึ้นได้สูงสุด ไม่น้อยกว่า 27.5 นิ้ว

1.2.6.2 ปรับระดับพื้นเตียงลงต่ำสุดได้ถึง 20 นิ้ว หรือต่ำกว่า

1.2.6.3 สามารถปรับยกระดับหลัง (ศีรษะ) ขึ้นได้สูงสุด ไม่น้อยกว่า 70 องศา

1.2.6.4 สามารถปรับยกระดับข้อเข่าได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 45 องศา

1.2.6.5 สามารถปรับท่านั่งศีรษะสูง และปลายเท้าสูงได้ ไม่น้อยกว่า 45 องศา

1.2.7 ล้อเตียงสามารถหมุนได้รอบตัวเอง และล็อกล้อได้ทั้ง 4 ล้อด้วยระบบเพ่องล็อก โดยมีคันเบรกสำหรับเหยียบบังคับ

#### 1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

1.3.1 เป็นเตียงนอนสำหรับผู้ป่วยแบบบารีไฮท์ ขนาดกว้าง x ยาว ไม่น้อยกว่า 90 x 200 ซม. โดยความกว้างไม่รวมราวกันเตียง

1.3.2 พื้นเตียงแบ่งเป็น 4 ตอน และมีช่องระบายอากาศ

1.3.3 มีพนักพิงด้านหัวเตียงและปลายเตียง สามารถถอดออกและใส่เข้าได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือ

1.3.4 ราวกันเตียงด้านข้าง เป็นชนิดปรับพับเก็บข้างเตียงได้ ยาวไม่น้อยกว่า 200 ซม.

1.3.5 ด้านพนักหัวเตียงมียางกันชนกันกระแทกติดตั้งทั้ง 2 มุมของหัวเตียง

1.3.6 มีช่องสำหรับเสียบเสากางน้ำเกลือ ไม่น้อยกว่า 4 ช่อง

1.3.7 ล้อเตียง มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ไม่น้อยกว่า 5 นิ้ว

/1.3.8 มีท่อกลม...

- 1.3.8 มีท่อกลมทำด้วย Stainless Steel ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 1.5 นิ้ว ยึดติดกับพนักหัวเตียงและท้ายเตียง เพื่อให้สามารถติดตั้งโครงโลหะสำหรับถ่วงแขนและขาผู้ป่วย พร้อมที่หนีบพยุงตัวได้
2. การบรรจุและหีบห่อ ตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต
3. ข้อกำหนดอื่นๆ
- 3.1 ต้องเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน
- 3.2 ต้องมีท่อนอนฟองน้ำอัดแข็งบุผ้าหนังเทียม หรือดีกว่าหนานไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว ขนาดเท่ากับพื้นเตียง พร้อมหมอนจำนวน 1 ชุด
- 3.3 มีเสาสำหรับแขวนน้ำเกลือ ทำด้วยโลหะปลอดสนิม (Stainless Steel) เป็นแบบ 2 ตอน 4 ตะขอ ปรับระดับได้ และสามารถพับเก็บตะขอได้ เมื่อเลิกใช้งานสามารถสอดเก็บใต้พื้นเตียงได้
- 3.4 มีคาด Stainless ขนาด กว้าง x ยาว ไม่น้อยกว่า 21 x 19 นิ้ว สามารถยกออกทำความสะอาดได้ วางอยู่ใต้พื้นเตียง
- 3.5 มีหนังสือคู่มือการใช้งานและปรนนิบัติบำรุงเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ อ่านง่ายละ 2 ชุด (ตัวจริง 1 ชุด)
- 3.6 มีเครื่องหมายถูกของบริษัท แสดงชื่อ ที่อยู่ และโทรศัพท์ (สติกเกอร์) ติดกับเตียง สามารถมองเห็นได้ชัดเจน
4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบเครื่องติดตั้ง และทดลองใช้งาน

/คณะกรรมการ...

..... 


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.ของ พบ.

พ.อ. ....  ผอ.กาก.พบ./ประธานกรรมการ

( ทักษิณ เจียมทอง )

พ.อ. ....  ผอ.กทพ.พบ./กรรมการ

( พิสุทธิ์ บุตรงามดี )


พ.ท. ....  นายทหารพยาบาล รพ.รร.๖

( เชรนี บุณฑริก )


/กรรมการร่วมจากหน่วยใช้

4 พ.ค. 2554


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย พ. ของ ทบ.

พล.ต. ....  ผทค.ทบ./ประธานกรรมการ

( สถิตย์ เรืองดิลกรัตน์ )

พ.อ. ....  ผอ.กกบ.พบ./กรรมการ

( ณรงค์ น้อยนารถ )

พ.ท. ....  หน.กบ.ทบ./กรรมการ

( ปรีดา เชยคำแหง )

๗๙ พ.ค 2554

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อนุมัติให้ใช้  
ตามอนุมัติ พบ. กบ. กทพ. ท้ายบันทึกฯ กบ. กบ.  
ที่ต่อ กบ 0404/..... ๖๓๑๕ ลง 13 มิ.ย. ๕๔