

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย พ. ที่ 215/55(พ.บ.)
หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6515-XX-247-3616
ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ชุดขวดน้ำให้ความชื้นระบบปิด ชนิดใช้ครั้งเดียว
(Disposable Humidifiers Closed System)
หน่วยนับ ชุด

1. คุณลักษณะเฉพาะ
 - 1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน สำหรับใช้ร่วมกับการให้ออกซิเจนแบบมีความชื้นกับผู้ป่วยหลังผ่าตัด หรือผู้ป่วยทั่วไป
 - 1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค
 - 1.2.1 ขวดน้ำให้ความชื้นเป็นระบบปิด (Closed System) เพื่อป้องกันการติดเชื้อ
 - 1.2.2 มีระบบสัญญาณเตือน เมื่ออัตราการไหลของออกซิเจนเกิดขัดข้อง
 - 1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ
 - 1.3.1 เป็นขวดพลาสติก ภายในบรรจุน้ำสะอาด (Sterile Water) พร้อมหัวต่ออยู่ในชุดเดียวกัน
 - 1.3.2 ขนาดบรรจุ จะระบุในการจัดหาแต่ละครั้ง
2. การบรรจุและหีบห่อ ทำให้ปราศจากเชื้อแล้ว อยู่ในบรรจุภัณฑ์ปิดสนิทและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต
3. ข้อกำหนดอื่นๆ
 - 3.1 มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ส่งของ
 - 3.2 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองคุณภาพ และความปลอดภัยในการใช้งานตามมาตรฐานสากล
4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบแค็ตตาล็อก และทดลองใช้งาน

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.ของ พบ.

พ.อ. (ทักซิณ เจริญทอง) ผอ.กก.พ.บ./ประธานกรรมการ

พ.อ. (พิสุทธิ บุตรงามดี) ผอ.กทพ.พ./กรรมการ

พ.ต.หญิง (ไพจิตร เพิ่มพูล) พยาบาล รพ.ร.ร.6/กรรมการร่วมจากหน่วยใช้

11 เม.ย. 2555

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้มอบให้ใช้
ตามอนุมัติ จก.พบ.ทำหนังสือ กก.พบ.
ที่ กก 04-13/328 ลง 17 เม.ย. 55

ตรวจถูกต้อง

ร.ร. 0100

(0100 000000)

นายทหารประจำ กองเวชภัณฑ์ กก.พ.บ.ค่ายสุรนารี

A / 4.9 62