

คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ. ที่ 220/49(พบ.)

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6515-XX-247-1272

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ภาชนะรองรับสารคัดหลั่งแบบใช้ครั้งเดียว ชนิดไม่มีตัวกรอง  
(Disposable Closed Suction Bag)

หน่วยนับ เส้น

## 1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 คุณลักษณะเฉพาะในการใช้งาน ใช้รองรับสารคัดหลั่งจากผู้ป่วย

1.2 คุณลักษณะเฉพาะในทางเทคนิค

1.2.1 ทำจากพลาสติก ชนิด Polyethylene สามารถทนต่อแรงกระแทกเมื่อตกลงพื้น

1.2.2 มีฟอสโฟนิคสารในใช้งานและภายในถุงเคลือบสารกำจัดฟอง (Anti-foaming Agent) สามารถลดฟอง  
ขณะทำการดูดสารคัดหลั่ง

1.2.3 มีระบบป้องกันไม่ให้ของเหลวไหลย้อนออกมาเมื่อของเหลวเต็ม

1.2.4 สามารถเผาทำลายได้โดยไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม

1.3 คุณลักษณะเฉพาะในการออกแบบ

1.3.1 เป็นภาชนะรองรับสารคัดหลั่งระบบปิดชนิดใช้ครั้งเดียว มีลักษณะเป็นกระบอกหรือถุง มีขีดและ  
ตัวเลขบอกปริมาตร

1.3.2 ขนาดและรูปร่างจะระบุในการจัดหาแต่ละครั้ง

2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุในหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 3 ปี นับจากวันที่ส่งของ

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบเคตาลอก และทดลองใช้งาน

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.ของ พบ.

(ลงชื่อ) พ.อ.ประสงค์ ล้อมทอง  
(ประสงค์ ล้อมทอง)

ผอ.กวก.พบ./ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ) พ.อ.ปรีชา อนันตะ  
(ปรีชา อนันตะ)

ผอ.กทพ.พบ./กรรมการ

(ลงชื่อ) พ.ท.หญิง สมหมาย สัมมาจันทร์  
(สมหมาย สัมมาจันทร์)

หน.หอผู้ป่วย รพ.ร.6/กรรมการร่วมจากหน่วยใช้

18 ต.ค.2548

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อนุมัติให้ใช้  
ตามอนุมัติ จก.พบ.ท้ายหนังสือ กวก.พบ.  
ที่ กท 0446.13/959 ลง 20 ต.ค.48