

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย พ. ที่ 377/54 (พบ.)

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6515-XX-247-3379

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ อุปกรณ์บำบัดอาการปวด บวม ด้วยความเย็นพร้อมกับความดัน  
( Cold and Compression Therapy )

หน่วยนับ ชุด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน ใช้ประคบเย็นและเพิ่มความดันบริเวณที่ประคบ ภายหลังได้รับบาดเจ็บ หรือหลังผ่าตัดเพื่อลดอาการปวดและบวม

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

มีปลอกสำหรับสวมบริเวณที่ต้องการประคบความเย็นและเพิ่มความดัน สามารถบรรจุน้ำเย็น โดย ความเย็นจากน้ำในปลอกประคบจะมีผลให้ช่วยลดอาการปวด และแรงดันจากลมในกระดิกที่เข้าสู่ ปลอกจะมีผลในการช่วยลดบวม (Cold and Compression)

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ ใน 1 ชุดประกอบด้วย

1.3.1 กระดิกน้ำแข็ง (Cooler) มีให้เลือก 2 แบบ

1.3.1.1 กระดิกน้ำแข็งแบบธรรมดา (ผู้ใช้ควบคุมการเปลี่ยนถ่ายน้ำ)

1.3.1.2 กระดิกน้ำแข็งแบบอัตโนมัติ

1.3.2 สายเชื่อมต่ออุปกรณ์ประคบเย็น (Air Tube Assembly)

1.3.3 ปลอกประคบเย็นซึ่งออกแบบเฉพาะบริเวณต่างๆของร่างกาย เช่น ไหล่, มือ-ข้อมือ, ข้อเข่า, ข้อเท้า, หลัง-สะโพก-หรือชายโครง ซึ่งผู้ใช้จะระบุในการจัดหาแต่ละครั้ง

2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 ต้องเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน

3.2 เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีหนังสือรับรองคุณภาพและความปลอดภัยในการใช้งานจากสถาบันตรวจสอบที่ ได้รับรองตามมาตรฐานสากล

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบแค็ตตาล็อก และทดลองใช้งาน

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.ของ พบ.

พ.อ..... ผอ.กวก.พบ./ประธานกรรมการ

( ทักษิณ เจียมทอง )

พ.อ..... ผอ.กทพ.พบ./กรรมการ

( พิสุทธิ์ บุตรงามดี )

พ.อ..... ศัลยแพทย์โรคกระดูก รพ.ร.ร.6

( ธโนนิตย์ โชตนฤดี )

/กรรมการร่วมจากหน่วยใช้

29 ก.ย. 2554

