

คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ. ที่ 246/49(พบ.)

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6550-XX-247-1298

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ หลอดตรวจสอบทางชีวภาพสำหรับการอบฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำ
(Biochemical indicator for Steam)

หน่วยนับ กล่อง

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 คุณลักษณะเฉพาะในการใช้งาน หลอดตรวจสอบทางชีวภาพ หรือสปอร์เทสต์สำหรับการอบฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำร้อน (Steam)

1.2 คุณลักษณะเฉพาะในทางเทคนิค

1.2.1 หลอดตรวจสอบประกอบด้วย

1.2.1.1 แผ่นกระดาษเคลือบสปอร์ของเชื้อ Bacillus Stearothermophilus

1.2.1.2 หลอดแก้วบรรจุอาหารเลี้ยงเชื้อจะเป็นสีม่วง

1.2.2 อ่านผลจากการเปลี่ยนแปลงสีของอาหารเลี้ยงเชื้อภายในหลอด โดยการเพาะเลี้ยงเชื้อที่อุณหภูมิที่กำหนด ถ้ามีสปอร์หลงเหลืออยู่จะเปลี่ยนเป็นสีเหลือง ถ้าสปอร์ถูกทำลายหมดจะเป็นสีเดิม คือ สีม่วง

1.3 คุณลักษณะเฉพาะในการออกแบบ

1.3.1 บนหลอดบรรจุมีฉลากที่ระบุวันหมดอายุพร้อมทั้งมีแถบตรวจสอบทางเคมีสีน้ำตาลอ่อน จะเปลี่ยนสีเป็นสีดำเมื่อผ่านกระบวนการอบฆ่าเชื้อแล้ว

1.3.2 หลอดบรรจุส่วนประกอบเป็นหลอดพลาสติกชนิดโพลิโพรพิลีนพร้อมทั้งมีฝาปิดที่ได้ฝาจะถูกจะมีตัวกรองแบคทีเรีย

2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 2 ปี นับจากวันส่งของ

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบเขตตาลอก และทดลองใช้งาน

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.ของ พบ.

(ลงชื่อ) พ.อ.ประสงค์ ล้อมทอง

ผอ.กวก.พบ./ประธานกรรมการ

(ประสงค์ ล้อมทอง)

(ลงชื่อ) พ.อ.ปรีชา อนันตะ

ผอ.กทพ.พบ./กรรมการ

(ปรีชา อนันตะ)

(ลงชื่อ) พ.ท.หญิง ปทุมมา จงศิริ

หน.แผนกเวชบริภัณฑ์กลาง รพ.ร.6/

(ปทุมมา จงศิริ)

กรรมการร่วมจากหน่วยใช้

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อนุมัติให้ใช้
ตามอนุมัติ จก.พบ.ท้ายหนังสือ กวก.พบ.
ที่ กท 0446.13/959 ลง 20 ต.ค.48

18 ต.ค.2548