

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย พ. ที่ 118/56 (พบ.)

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6550-XX-256-3801

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ชุดน้ำยาตรวจหาอาลานีโนมิโนทรานส์ฟอเรส
(Alanine Aminotransferase Reagent Kit)

หน่วยนับ ชุด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน ใช้ตรวจหาปริมาณ Alanine Aminotransferase ในซีรั่ม และพลาสม่า

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 สามารถอ้างอิงตามวิธีของ International Federation of Clinical Chemistry (IFCC) หรือ
องค์กรอื่นที่เทียบเท่าหรือดีกว่า โดยไม่เติม Pyridoxal Phosphate Activation

1.2.2 เมื่อเปิดใช้งานแล้วมีอายุใช้งานไม่น้อยกว่า 4 สัปดาห์ ที่อุณหภูมิ 2 - 8 องศาเซลเซียส

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ เป็นน้ำยาสำเร็จรูป มีสถานะเป็นของเหลว สามารถใช้กับเครื่องตรวจ
แบบอัตโนมัติที่หน่วยงานมีอยู่ได้ ใน 1 ชุดประกอบด้วยน้ำยาส่วนผสมประกอบการทำปฏิกิริยาน้ำยา
ทดสอบอย่างสมบูรณ์

2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต**3. ข้อกำหนดอื่นๆ**

3.1 จำนวน และขนาดบรรจุของชุดน้ำยาจะระบุในการจัดหาแต่ละครั้ง

3.2 มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่ส่งของ

3.3 มีเอกสารกำกับระบุข้อบ่งใช้ รายละเอียดส่วนประกอบของน้ำยา วิธีการเก็บรักษา และข้อกำหนดอื่นๆ

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ และรูปแบบเครื่องตรวจ

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย พ. ของ พบ.

พ.อ..... พอ. กวก.พบ./ประธานกรรมการ

(ทักษิณ เจียมทอง)

พ.อ..... พอ.กทพ.พบ./กรรมการ

(พิสุทธิ์ บุตรงามดี)

พ.อ..... ประจำ พบ.ชรก. รพ.รร.6

(ปกรณ์ จิโรจน์กุลกิจ) / กรรมการร่วมจากหน่วยใช้

16 พย 2555

คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่มีอยู่
หมายเหตุ จก.พบ. ที่เขียนลง สืบ กวก.พบ.
ที่ กกท 0446.13/ 1045 ลง 16 พ.ย. 55