

คุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย พ. ที่ 521/48(พบ.)

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6515-XX-247-2507

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ เฟือกพุงขา

หน่วยนับ อัน

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 คุณลักษณะเฉพาะในการใช้งาน ใช้เป็นเฟือกพุงขาเพื่อลดการเคลื่อนไหว

1.2 คุณลักษณะเฉพาะในทางเทคนิค

1.2.1 ทำจากวัสดุพลาสติกหล่อเป็นรูปขาและแข็งแรง

1.2.2 ขนาดและรูปแบบ จะกำหนดในการจัดหาแต่ละครั้ง

1.3 คุณลักษณะเฉพาะในการออกแบบ เป็นอุปกรณ์ปฐมพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับอุบัติเหตุเกี่ยวกับขา

2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 ต้องเป็นของใหม่จากโรงงานผู้ผลิตและไม่เคยใช้งานมาก่อน

3.2 ผลิตภัณฑ์ต้องมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 1 ปี ในวันส่งของ

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะและทดลองใช้งาน

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ. ของ พบ.

(ลงชื่อ) พ.อ.ประสงค์ ล้อมทอง
(ประสงค์ ล้อมทอง)

ผอ.กวก.พบ./ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ) พ.อ.ปรีชา อนันตะ
(ปรีชา อนันตะ)

ผอ.กทพ.พบ./กรรมการ

(ลงชื่อ) พ.อ.วิธี สนิสมบูรณ์
(วิธี สนิสมบูรณ์)

หน.กองเภสัชกรรม รพ.ค่ายจักรพงษ์/
กรรมการร่วมจากหน่วยใช้

19 ส.ค.2548

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อนุมัติให้ใช้
ตามอนุมัติ จก.พบ.ท้ายหนังสือ กวก.พบ.
ที่ กท 0446.13/761 ลง 19 ส.ค.48