

ชุดคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.(รพ.ค่ายสุรนารี) ที่ 003/63(ชั่วคราว)  
หมายเลขสิ่งอุปกรณ์  
ชื่อสิ่งอุปกรณ์ คิวเวทสำหรับตรวจตะกอนในปัสสาวะ  
(Cuvette for sediment Urine)  
หน่วยนับ กล่อง

---

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 คุณลักษณะเฉพาะในการใช้งาน

1.1.1 ใช้ตรวจวิเคราะห์ปริมาณตะกอนในปัสสาวะ

1.2 คุณลักษณะเฉพาะในทางเทคนิค

1.2.1 เป็นurine microscopy measuring unitเพื่อตรวจวัดตะกอน Red blood cells, White blood cells, Non-squamous epithelial cells, Squamous epithelial cells, Yeasts, Crystals, Bacteria, Hyaline casts, Sperm, Mucus และ Pathological castsในสิ่งส่งตรวจ

1.2.2 ตรวจวิเคราะห์ปริมาณตะกอนในสิ่งส่งตรวจโดยใช้หลักการ Automated microscopy และ Automatic image evaluation

1.2.3 ตรวจวัดด้วย cobas u cuvette

1.2.4 ขนาดบรรจุจะกำหนดในการจัดหาแต่ละครั้ง

1.3 คุณลักษณะเฉพาะในการออกแบบ

1.3.1 ใช้Cuvette ในการตรวจวัดปริมาณตะกอนในสิ่งส่งตรวจ โดยเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติ ที่หน่วยมีใช้อยู่

2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ มีสลากระบุวัน เดือน ปี ที่หมดอายุ

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบแคตตาล็อก และทดลองใช้งาน

---

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย พ. ของ รพ.ค่ายสุรนารี

พ.อ.....กรรมการ

(ธัญพฤษฏ์ สายรุ่งกล้า)

รท.....กรรมการ

(นุกุล ฉิมพาลี)

ร.ต.....กรรมการ

(ปิยะ ปัญญาจันทร์)