

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย พ. ที่ 155/61 (พบ.)

หมายเลข คณ. 6515 - M - 61 - S - 0056

ชื่อสิ่งอุปกรณ์      วัสดุสังเคราะห์สำหรับเย็บแผลแบบเส้นใยถักเคลือบด้วยสารต้านเชื้อแบคทีเรีย  
ชนิดละลายได้  
( Braided Synthetic Absorbable Antibacterial Suture )

หน่วยนับ      ของ

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน ใช้สำหรับเย็บแผล และผูกมัดเส้นเลือด หรือในงานศัลยกรรมทุกประเภทที่  
ต้องการใช้วัสดุเย็บแผลชนิดละลายได้

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

- 1.2.1 ผลิตจากสารสังเคราะห์ชนิดละลายได้ มีส่วนผสมของ Glycolide และ L-lactide
- 1.2.2 มีสารเคลือบผิว Suture ด้วย Polyglactin 370 และ Calcium Stearate
- 1.2.3 เคลือบด้วยสาร Antiseptic ต้านเชื้อแบคทีเรีย ซึ่งเป็น Broad-Spectrum Antibacterial Agent เป็นฟอร์มบริสุทธิของ Triclosan ต่อด้าน Bacteria Colonization ที่ก่อให้เกิด SSI ได้อย่างน้อย 4 ชนิด ได้แก่ Staphylococcus Aureus, Staphylococcus Epidermidis, Methicillin Resistant S. Aureus และ Methicillin Resistant S. Epidermidis
- 1.2.4 การรักษาแรงดึงของ Suture (Tensile Strength) ใน 28 วัน แรงดึงของ Suture คงเหลือ 25 %
- 1.2.5 สามารถละลายได้ (Absorbable)

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- 1.3.1 เป็นวัสดุเย็บแผล (Suture) ชนิดสังเคราะห์แบบถัก (Braided) เคลือบด้วยสารต้านเชื้อแบคทีเรีย
- 1.3.2 บรรจุในซอง ของละ 1 เส้น

2. การบรรจุและหีบห่อ ผ่านการทำให้ปราศจากเชื้อแล้ว บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

- 3.1 ขนาด และความยาวของวัสดุสังเคราะห์สำหรับเย็บแผลแบบเส้นใยถักเคลือบด้วยสารต้านเชื้อแบคทีเรียชนิดละลายได้ จะระบุในการจัดหาแต่ละครั้ง
- 3.2 มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ส่งของ
- 3.3 ต้องได้รับการรับรองคุณภาพและความปลอดภัยในการใช้งานตามมาตรฐานสากล

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ และรูปแบบแค็ตตาล็อก

ตรวจถูกต้อง

ร.ร. อรรถ  
(อรรถ อรรถ)  
นายทหารประจำ คลังเวชภัณฑ์ กองเวชภัณฑ์  
10 / ๕๑ / ๖๓

/คณะกรรมการ...

28 ส.ค. 2561

พ.อ.ก

ชื่อสิ่งอุปกรณ์

วัสดุสังเคราะห์สำหรับเย็บแผลแบบเส้นใยถักเคลือบด้วยสารต้านเชื้อแบคทีเรีย  
ชนิดละลายได้

( Braided Synthetic Absorbable Antibacterial Suture )

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย พ. ของ พบ.

พ.อ. .... ผอ.กอง พบ./ประธานกรรมการ

( ปุณฺชทร ทิพยวงษ์ )

พ.อ.หญิง .... ผอ.กอง พบ./กรรมการ

( จอมขวัญ แสงบัวแก้ว )

พ.ท.หญิง .... พยาบาล รพ.ร.6/กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

( สถาพร มั่นมา )

28 ส.ค. 2561

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย พ. ของ ทบ.

พล.ต. .... ผทค.ทบ./ประธานกรรมการ

( ทักษิณ เจียมทอง )

พ.อ. .... ผอ.กอง พบ./กรรมการ

( ปกิจจ์ แสงสว่าง )

พ.อ. .... นปก.ประจำ กบ.ทบ./กรรมการ

( ปราโมทย์ จันทนิพ )

18 เม.ย. 2561

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อนุมัติให้ใช้  
ตามอนุมัติ จก.พบ.ท้ายหนังสือ กวก.พบ.  
ที่ กท 0446.13/ 494 ลง 19.12.60

ตรวจถูกต้อง

.....

( ..... )

นายทหารประจำ กองเวชภัณฑ์ กรมแพทย์ทหารบก

10 / 9.97 68