

คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ. ที่ 024/41

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6515-XX-256-2516
ชื่อสิ่งอุปกรณ์ เข็มสำหรับตัดชิ้นเนื้อ แบบบาร์ด
(Bard core tissue biopsy needle)
หน่วยนับ อัน

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 คุณลักษณะเฉพาะในการออกแบบ

- 1.1.1 เป็นเข็มสำหรับตัดชิ้นเนื้อ แบบบาร์ด (Bard core tissue biopsy needle) ชนิดนำกลับมาใช้
ได้ใหม่ ใช้กับเครื่องตัดชิ้นเนื้อกึ่งอัตโนมัติ แบบบาร์ด ที่หน่วยมีใช้อยู่
- 1.1.2 ทำด้วยเหล็กสแตนเลส ตัวเข็มชั้นในและชั้นนอกสวมกันอยู่ ถอดแยกจากกันได้ ส่วนปลาย
ด้านหนึ่งใช้ตัดชิ้นเนื้อ
- 1.1.3 มีขนาดต่าง ๆ ให้เลือกดังนี้
 - 1.1.3.1 18 G ความยาว 16 ซม.
 - 1.1.3.2 18 G ความยาว 20 ซม.
 - 1.1.3.3 20 G ความยาว 16 ซม.
 - 1.1.3.4 20 G ความยาว 20 ซม.
- 1.1.4 ขนาดจะกำหนดในการจัดหาแต่ละครั้ง

1.2 คุณลักษณะเฉพาะในการใช้งาน

- 1.2.1 ใช้กับเครื่องตัดชิ้นเนื้อกึ่งอัตโนมัติ แบบบาร์ด ใช้ตัดชิ้นเนื้อ เพื่อการตรวจทางพยาธิวิทยา
- 1.2.2 เข็ม 1 อัน ใช้กับผู้ป่วยได้ประมาณ 5 คน แต่ละคนจะใช้เข็มตัดชิ้นเนื้อได้ประมาณ 4 – 5 ครั้ง

1.3 คุณลักษณะเฉพาะในทางเทคนิค -

2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุของละ 1 อัน โดยทำให้ปราศจากเชื้อแล้ว มีข้อความระบุวันที่ ที่ทำให้
ปราศจากเชื้อ

3. ข้อกำหนดอื่น ๆ

- 3.1 มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 3 ปีในวันส่งของ
- 3.2 มีหนังสือคู่มือการใช้งานและปรนนิบัติบำรุง เป็นภาษาไทย และภาษาอังกฤษ อย่างละ 2 ชุด
(ตัวจริง 1 ชุด)

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบแคตตาล็อก และทดลองใช้งาน

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย พ. ของ พบ.

- (ลงชื่อ) พ.อ.พร้อมพงษ์ พิระบูล ผอ.กวก.พบ./ประธานกรรมการ
(พร้อมพงษ์ พิระบูล)
- (ลงชื่อ) พ.อ.อำนาจ ธรรมจินดา ผอ.กทพ.พบ./กรรมการ
(อำนาจ ธรรมจินดา)
- (ลงชื่อ) พ.ต.พรชัย ประพันธ์พงษ์ชัย รรก.ศัลยแพทย์ รพ.ค่ายสุรนารี/กรรมการ
(พรชัย ประพันธ์พงษ์ชัย)
- ..26../...พ.ย.../...41.....

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย พ. ของ ทบ.

- (ลงชื่อ) พล.ต.ปราโมทย์ วงศ์วิเศษ ผทค.ทบ./ประธานกรรมการ
(ปราโมทย์ วงศ์วิเศษ)
- (ลงชื่อ) พ.อ.ทรงเกียรติ ส่องเจริญ ผอ.กกบ.พบ./กรรมการ
(ทรงเกียรติ ส่องเจริญ)
- (ลงชื่อ) พ.ท.ภูวนารถ ชมพูนุตร หน.กบ.ทบ./กรรมการ
(ภูวนารถ ชมพูนุตร)
- ..4../...ธ.ค...../...41.....

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อนุมัติให้ใช้ตาม
อนุมัติ ผบ.ทบ. ทำขึ้นที่ กบ.ทบ.
ที่ต่อ กท 0404/2738 ลง 20 พ.ค.42