

คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ. ที่ 313/50(พบ.)

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6515-XX-247-2089

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ เครื่องวัดความดันโลหิตแบบตั้งโต๊ะสำหรับฝึกสาธิต

หน่วยนับ เครื่อง

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 คุณลักษณะเฉพาะในการใช้งาน เป็นเครื่องวัดความดันโลหิตชนิดใช้ปรอท เป็นแบบตั้งโต๊ะเคลื่อนย้ายสะดวกและสามารถใช้วัดความดันโลหิตได้ทุกสภาพอาการของผู้ป่วย

1.2 คุณลักษณะเฉพาะในทางเทคนิค

1.2.1 ตัวเครื่องทำด้วยโลหะอลูมิเนียม

1.2.2 วัดความดันโลหิตได้ตั้งแต่ 0-300 มม.ปรอท

1.2.3 แผ่นสเกลทำด้วยโลหะมีตัวเลขบอกขนาดเป็น มม.ปรอท

1.2.4 หลอดบรรจุปรอททำด้วยแก้วใสมีขีดบอกระดับตลอดความยาว มีระบบล็อกกันปรอทไหลออกเมื่อเปิดฝาเครื่อง

1.2.5 มีลูกยางบีบลมพร้อมวาล์วปิดเปิดและสายยางครบชุด

1.2.6 มีฝารัดแขนขนาดกว้างประมาณ 13-15 ซม.ยาวประมาณ 50 ซม.

1.3 คุณลักษณะเฉพาะในการออกแบบ

1.3.1 เป็นเครื่องวัดความดันโลหิตที่ตัวเครื่องทำด้วยโลหะอลูมิเนียม มีหลอดบรรจุปรอทที่ทำจากหลอดแก้วใสเห็นสารปรอทขึ้น-ลงเวลาวัดความดัน มีแกนล็อกปรอทเวลาปิดฝาเครื่อง

1.3.2 อุปกรณ์ทุกชิ้นบรรจุในกล่องโลหะแข็งแรงในกล่องเดียวกัน

2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุในกล่องแข็งแรง เคลื่อนย้ายสะดวก

3. ข้อกำหนดอื่น

3.1 ต้องเป็นของใหม่ และไม่เคยใช้งานมาก่อน

3.2 มีหนังสือคู่มือการใช้งานและปรนนิบัติบำรุงเป็นภาษาไทยหรืออังกฤษอย่างละ 2 ชุด

3.3 มีเครื่องหมายถาวรของบริษัทแสดงชื่อ ที่อยู่ และโทรศัพท์ติดกับเครื่องสามารถมองเห็นชัดเจน

3.4 ต้องได้รับการรับรองคุณภาพในการผลิตและความปลอดภัยในการใช้งานจากสถาบันตรวจสอบที่ได้รับรองตามมาตรฐานสากล

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบแคตตาล็อกและทดลองใช้งาน

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ. ของ พบ.

(ลงชื่อ) พ.อ.ประสงค์ ล้อมทอง
(ประสงค์ ล้อมทอง)

ผอ.กวก.พบ./ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ) พ.อ.ปรีชา อนันตะ
(ปรีชา อนันตะ)

ผอ.กทพ.พบ./กรรมการ

(ลงชื่อ) พ.ต.ชวลิต ศกุนะสิงห์
(ชวลิต ศกุนะสิงห์)

ประจำแผนก รร.สร.พบ./กรรมการร่วมจากหน่วยใช้

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อนุมัติให้ใช้
ตามอนุมัติ จก.พบ.ท้ายหนังสือ กวก.พบ.
ที่ กท 0446.13/220 ลง 20 มี.ค.50

16 มี.ค.2550