

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ชุดปรับอัตราการไหลของออกซิเจน

หน่วยนับ

เครื่อง

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 ลักษณะทั่วไป

1.1.1 เป็นเครื่องให้ออกซิเจนผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจ

1.1.2 ปรับการไหลของออกซิเจนให้เหมาะสมกับผู้ป่วย

1.2 ลักษณะเฉพาะ

1.2.1 เครื่องปรับและควบคุมการไหลของออกซิเจน (Oxygen Wall Flowmeter)

1.2.2 สามารถปรับอัตราการไหลของออกซิเจนได้ 0-15 ลิตร/นาที

1.2.3 มีหน้าปัทม์พลาสติกสีขาวใสที่มีตัวเลขกำกับที่ 1, 2, 3, 4, 5, 10 และ 15

ด้วยตัวเลข และขีดขนาดใหญ่มองเห็นได้ชัดเจน

1.2.4 ภายในหน้าปัทม์บรรจุลูกกลิ้งที่ใช้สำหรับเป็นตัวชี้บอกปริมาตรที่ปรับได้

1.2.5 ด้านหลังของหน้าปัทม์และหลอดพลาสติกจะหุ้มด้วยเหล็กชุบโครเมียม

ป้องกันหน้าปัทม์และหลอดพลาสติกแตกในกรณีกระแทกของแข็ง

1.2.6 มีที่ปรับปริมาตรอยู่ส่วนล่างของตัว Flowmeter

1.2.7 ด้านหลังจะมีหัวเลียบเข้าเข้ากับที่เลขของโรงพยาบาลได้

1.2.8 ด้านล่างจะมีข้อต่อสำหรับต่อกับชุดขวดทำความชื้นได้

2. การบรรจุหีบห่อ บรรจุในหีบห่อที่มั่นคง, แข็งแรง

3. ข้อกำหนดอื่น ๆ เป็นผลิตภัณฑ์ของประเทศ สหรัฐอเมริกา ยุโรปตะวันตก หรือประเทศไทย

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ, รูปแบบแค็ตตาล็อกและทดลองใช้งาน

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.ของ พบ.

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้จัดทำขึ้นตาม พ.ร.บ. 62

ประธานกรรมการ

อนุกรรมการ

ทกท.0404/ 7447 ลง 19 ก.ค. 33

ท.อ. อภิสิทธิ์

กรรมการ

ท.อ. อภิสิทธิ์

กรรมการ

(ลงชื่อ)

(ตำแหน่ง)

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.ของ พบ.

ท.อ. อภิสิทธิ์

ประธานกรรมการ

ท.อ. อภิสิทธิ์

กรรมการ

ท.อ. อภิสิทธิ์

กรรมการ