

	คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.ที่ 078/45 (พบ.)
หมายเลขสิ่งอุปกรณ์	6520-XX-248-4440
ชื่อสิ่งอุปกรณ์	ด้ายแยกเหงือกชนิดมีน้ำยาห้ามเลือด (Retraction cord)
หน่วยนับ	หลอด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 คุณลักษณะเฉพาะในการออกแบบ

- 1.1.1 ลักษณะเป็นเกลียวด้ายบรรจุอยู่ในหลอด มีฝา เปิด-ปิดสะดวก สำหรับใช้ในงานทันตกรรม
- 1.1.2 ตัวด้ายผ่านขบวนการชุบอบแห้งด้วยน้ำยาห้ามเลือด มี 2 ชนิด คือ ชนิดที่มีส่วนผสมของ Aluminium potassium sulphate และ ชนิดที่มีส่วนผสมของ Aluminium potassium sulphate กับ epinephrine
- 1.1.3 มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของด้าย ไม่น้อยกว่า 4 ขนาด คือ NO. 0,1,2,3 ซึ่งเป็นขนาดมาตรฐาน
- 1.1.4 ชนิด, ความยาวของด้ายต่อหลอด และขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของด้าย จะระบุในการจัดหาแต่ละครั้ง

1.2 คุณลักษณะเฉพาะในการใช้งาน เป็นด้ายแยกเหงือก ใช้แยกเหงือกเพื่อพิมพ์ปากสำหรับงานทันตกรรม

1.3 คุณลักษณะเฉพาะในทางเทคนิค -

2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

- มีเอกสารรับรองว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรมของไทย หรือ ระหว่างชาติ ISO 9001 หรือเทียบเท่า

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบเคตตาลอก และทดลองใช้งาน

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.ของ พบ.

(ลงชื่อ) พ.อ.สาคร คงมั่น	ผอ.กกก.พบ./ประธานกรรมการ
(สาคร คงมั่น)	
(ลงชื่อ) พ.อ.ปรีชา อนันตะ	ผอ.กทพ.พบ./กรรมการ
(ปรีชา อนันตะ)	
(ลงชื่อ) พ.ต.อรรถยุทธ อินทร์วร	ประจำแผนก พบ./กรรมการ
(อรรถยุทธ อินทร์วร)	

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อ่อนมิติให้ใช้ตาม
อนุมัติ จก.พบ.ท้ายหนังสือ กกก.พบ.
ที่ กท 0446.13/644 ลง 5 พ.ย.44