

คุณลักษณะเฉพาะ สป.สย พ. ที่ 470/49 (พ.ม.)

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6830-XX-247-1522

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ก๊าซออกซิเจนทางการแพทย์

(Oxygen Gas for Medical use)

หน่วยนับ ท่อ

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 คุณลักษณะเฉพาะในการใช้งาน เป็นก๊าซที่ใช้ในการช่วยหายใจหรือใช้ร่วมในการดมยาสลบในห้องผ่าตัดหรือหอผู้ป่วยทั่วไป

1.2 คุณลักษณะเฉพาะในทางเทคนิค

1.2.1 เป็นก๊าซที่ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น มีความบริสุทธิ์ไม่น้อยกว่า 99.5%

1.2.2 สูตรทางเคมี (Formula) = O_2 น้ำหนักโมเลกุล (Molecular Weight) = 32

1.2.3 มีจุดเดือดที่ -183.0 องศาเซลเซียส

1.3 คุณลักษณะเฉพาะในการออกแบบ

1.3.1 เป็นก๊าซออกซิเจนบรรจุในท่อก๊าซทนความดัน ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)

1.3.2 ขนาดบรรจุที่ต้องการ จะระบุในการจัดหาแต่ละครั้ง

2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุในท่อลิและสัญลักษณ์ ตามมาตรฐานของ มอก.

3. ข้อกำหนดอื่น ๆ ผ่านการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบและทดลองใช้งาน

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สย พ. ของ พ.บ.

พ.อ. ผอ.กวก.พ.บ./ประธานกรรมการ

(ประสงค์ ล้อมทอง)

พ.อ. ผอ.กทท.พ.บ./กรรมการ

(ปรีชา อนันตะ)

พ.ท.หญิง ทน.หอผู้ป่วย รพ.ร.๖/กรรมการร่วมจากหน่วยใช้

(สมหมาย สัมมาจันทร์)

9 ม.ค. 2549

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้มีผลใช้ได้
ตามอนุมัติ จก.พ.บ.ให้หนังสือ กวก.พ.บ.
ที่ กท 0446.13/15 ลง 11 มิ.ย. 49

สำเนาถูกต้อง

พ.ศ.

(วิชัย เงินจตุรัส)

พ.น.ช.บร.ภก.ก.รพ.ค่ายสุรนารี

...../...../.....