

คุณสมบัติเฉพาะ สป.สาย พ. ที่ 467/49 (พท.)

หมายเลขอ้างอิงอุปกรณ์ 6830-XX-247-1519

ชื่ออุปกรณ์ ก๊าซไนโตรเจนทางการแพทย์
(Nitrogen Gas for Medical use)

หน่วยนับ กิโล

1. คุณสมบัติเฉพาะ

1.1 คุณสมบัติเฉพาะในการใช้งาน ใช้เป็นก๊าซสำหรับสร้างแรงดันในเครื่องฉีดและบรรจุ
ในการผลิตสายบรรจุขวด และหลอดแก้วทั่วไป

1.2 คุณสมบัติเฉพาะในทางเทคนิค

1.2.1 เป็นก๊าซที่ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น มีความบริสุทธิ์ไม่น้อยกว่า 99.5%

1.2.2 สูตรทางเคมี (Formula) = N_2 น้ำหนักโมเลกุล (Molecular Weight) = 28

1.2.3 จุดเดือด = -195.8 องศาเซลเซียส

1.3 คุณสมบัติเฉพาะในการออกแบบ

1.3.1 เป็นก๊าซไนโตรเจนบริสุทธิ์ในถังที่ความดันตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม (มอก.)

1.3.2 ขนาดบรรจุที่ออกมา บรรจุในการจัดจำหน่าย

2. การบรรจุและยื่นข้อ บรรจุในถังที่ระบุสัญลักษณ์ ความมาตรฐานของ มอก.

3. ข้อควรระวังอื่น ๆ ส่วนการรับของอุตสาหกรรมมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะ รูปแบบและทดสอบใช้งาน

คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะ สป.สาย พ. ของ พท.

พ.อ.  ผอ. พท. / ประธานกรรมการ

(ประสิทธิ์ อิ่มบุตร)

พ.อ.  ผอ. กท. พท. / กรรมการ

(วิจิตร อิ่มบุตร)

พ.ท.หญิง  พท. ก่อตั้ง สป. พท. / กรรมการร่วมจากหน่วยใช้

(สมานา อิ่มบุตร)

ฐาน 2561

คุณสมบัติเฉพาะฉบับนี้จะมีใช้
โดยทาง สป. พท. ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
มีผลบังคับใช้ ณ วันที่ 11.11.61

ผ่านถูกต้อง

พ.ค.

(วิชัย เงินจตุรัส)

พ.ท.ชบ.ภก.พ.ค้าขาย