

คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ. ที่ 466/49 (พบ.)

หมายเลขถึงอุปกรณ์

6830-XX-247-1518

ชื่อสิ่งอุปกรณ์

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ทางการแพทย์

(Carbon Dioxide Gas for Medical use)

หน่วยนับ

ท่อ

ก. คุณลักษณะเฉพาะ

- 1.1 คุณลักษณะเฉพาะในการใช้งาน เป็นก๊าซที่ใช้ร่วมกับชุดเครื่องมือส่องตรวจภายในช่องท้อง ด้วยกล้องหรือใช้ทางการแพทย์ทั่วไป
- 1.2 คุณลักษณะเฉพาะในทางเทคนิค
 - 1.2.1 เป็นก๊าซที่ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น มีความบริสุทธิ์ไม่น้อยกว่า 99.5%
 - 1.2.2 สูตรทางเคมี (Formula) = CO_2 น้ำหนักโมเลกุล (Molecular Weight) = 44
 - 1.2.3 มีจุดเดือดที่ -78.5 องศาเซลเซียส
- 1.3 คุณลักษณะเฉพาะในการออกแบบ
 - 1.3.1 เป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ชนิดบรรจุในท่อก๊าซทนความดัน ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)
 - 1.3.2 ขนาดบรรจุที่ต้องการ จะระบุในการจัดหาแต่ละครั้ง
2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุในท่อสีและสัญลักษณ์ ตามมาตรฐานของ มอก.
3. ข้อกำหนดอื่นๆ ผ่านการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)
4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบและทดลองใช้งาน

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ. ของ พบ.

พ.อ. ผอ.ทว.พบ./ประธานกรรมการ

(ประสงค์ ล้อมทอง)

พ.อ. ผอ.กทพ.พบ./กรรมการ

(ปรีชา อนันตะ)

พ.ท.หญิง ทน.หอผู้ป่วย รพ.ร.๖/กรรมการร่วมจากหน่วยใช้

(สมหมาย สัมมาจันทร์)

9 พ.ค. 2549

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้มอบให้ใช้
ตามอนุมัติ จก.พบ.ท้ายหนังสือ ทว.พบ.
ที่ ทว.0440.13/13..... ลง 11.๒.๐.49

สำเนาถูกต้อง

พ.ศ.

(วิชัย เงินจตุรัส)

ทน.ชบร.ภกก.รพ.ค่ายสุรนารี