

คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ. ที่ 712/43 (พบ.)
หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6550-XX-256-3923
ชื่อสิ่งอุปกรณ์ น้ำยาคาลิเบรชันสำหรับเครื่องวัดความเข้มข้นของสารละลาย
(Osmometer calibration solution)
หน่วยนับ หลอด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 คุณลักษณะเฉพาะในการออกแบบ

- 1.1.1 เป็นน้ำยามาตรฐานสำหรับปรับตั้งเครื่องวัดความเข้มข้นของสารละลาย (Osmometer)
- 1.1.2 มีค่าความเข้มข้น 300 mOsmol/Kg NaCl in H₂O
- 1.1.3 ขนาดบรรจุจะระบุในการจัดหาแต่ละครั้ง

1.2 คุณลักษณะเฉพาะในการใช้งาน

- 1.2.1 ใช้เป็นน้ำยามาตรฐานสำหรับปรับตั้งเครื่องวัดความเข้มข้นของสารละลาย (Osmometer)
- 1.2.2 สามารถใช้กับเครื่องวัดความเข้มข้นของสารละลาย (Osmometer) ที่หน่วยมิใช้อยู่

1.3 คุณลักษณะเฉพาะในทางเทคนิค -

2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

- 3.1 มีสลากระบุชื่อผู้ผลิต วัน เดือน ปี ที่หมดอายุ
- 3.2 มีเอกสารระบุค่า certificate calibration solution จากโรงงานผู้ผลิต
- 3.3 มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน ในวันส่งของ

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบควบคุมคุณลักษณะเฉพาะรูปแบบแคตตาล็อกและทดลองใช้งาน

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ. ของ พบ.

(ลงชื่อ) พ.อ. พร้อมพงษ์ พิระบูล
(พร้อมพงษ์ พิระบูล)

ผอ.กวก.พบ./ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ) พ.อ. อำนาจ ธรรมจินดา
(อำนาจ ธรรมจินดา)

ประจำพบ./กรรมการ

(ลงชื่อ) พ.อ.หญิง สายจิตต์ วงศ์ใหญ่
(สายจิตต์ วงศ์ใหญ่)

หน.แผนกชีวเคมี กพช. รพ.ร.ร.6/กรรมการ

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อนุมัติให้ใช้ตาม
อนุมัติ จก.พบ.ท้ายหนังสือ กวก.พบ.
ที่ กท 0446.13/ 792 ลง 26 ธ.ค.43

...13...../...ค.ค.../...43...