

ชุดคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ. (รพ.ค่ายสุรนารี) ที่ 007 /63 (ชั่วคราว)

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ น้ำยาкалиเบรชั่น 850 mOsm/kg H₂O สำหรับเครื่องวัดความเข้มข้นของ
สารละลาย
(850 mOsm/kg calibration standards solution)

หน่วยนับ

กล่อง

.....

1.คุณลักษณะเฉพาะ

- 1.1 เป็นน้ำยามาตรฐานสำหรับปรับตั้งค่าเครื่องวัดความเข้มข้นของสารละลาย (osmometer)
- 1.2 มีค่าความเข้มข้น 850 mOsm/kg H₂O
- 1.3 แต่ละหลอดมีปริมาตรไม่น้อยกว่า 2 ml
- 1.4 มีจำนวนไม่น้อยกว่า10 หลอดต่อกล่อง

2.คุณลักษณะเฉพาะในทางเทคนิค

- 2.1 การบรรจุหีบห่อ บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต
- 2.2 ข้อกำหนดอื่น ๆ
- 2.3 วิธีการตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบแคตตาล็อกและทดลองใช้งาน

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย พ. ของ รพ.ค่ายสุรนารี

พ.อ.....กรรมการ

(ธีรพัฒน์ สายป๋องคล้า)

ร.ท.....กรรมการ

(นกุล ฉิมพาลี)

ร.ท.....กรรมการ

(ปิยะ ปัญญาจันทร์)