

คุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย พ. ที่ 270/46 (พบ.)

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6515-XX-247-5125

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ชุดสายสวนเส้นเลือด (Arterial embolectomy catheter)

หน่วยนับ ชุด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 คุณลักษณะเฉพาะในการใช้งาน ใช้เพื่อสวนสิ่งอุดตัน ออกจากเส้นเลือด

1.2 คุณลักษณะเฉพาะในทางเทคนิค

1.2.1 ที่ปลายของสายสวนมี balloon สำหรับกำจัดสิ่งอุดตัน

1.2.2 บนสายสวนมีเครื่องหมายบอกระยะทาง ความละเอียดของระยะทางจะระบุในการจัดหา
แต่ละครั้ง

1.3 คุณลักษณะเฉพาะในการออกแบบ

1.3.1 ผ่านขบวนการทำให้ปราศจากเชื้อแล้ว

1.3.2 ขนาดและความยาวจะระบุในการจัดหาแต่ละครั้ง

2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 2 ปี ในวันส่งของ

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบแคตาล็อก และทดลองใช้งาน

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ. ของ พบ.

(ลงชื่อ) พ.อ.สาคร คงมั่น

ผอ.กวก.พบ./ประธานกรรมการ

(สาคร คงมั่น)

(ลงชื่อ) พ.อ.ปรีชา อนันตะ

ผอ.กทพ.พบ./กรรมการ

(ปรีชา อนันตะ)

(ลงชื่อ) พ.ต.หญิงวรรณดี ลือสุทธิวิบูลย์

พยาบาล รพ.ร.6/กรรมการร่วมจากหน่วยใช้

(วรรณดี ลือสุทธิวิบูลย์)

.....21...../.....ก.ค...../.....46.....

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อนุมัติให้ใช้

ตามอนุมัติ จก.พบ.ท้ายหนังสือ กวก.พบ.

ที่ กท 0446.13/505 ลง 21 ก.ค.46