

คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ. ที่ 315/50(พบ.)

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6515-XX-247-2091

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ชุดควบคุมและวัดแรงดันในท่อช่วยหายใจ
(Cuff Pressure Gauge)

หน่วยนับ เครื่อง

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 คุณลักษณะเฉพาะในการใช้งาน เป็นชุดสำหรับใช้ควบคุมและวัดแรงดันของ laryngeal tube และ tracheal tube

1.2 คุณลักษณะเฉพาะในทางเทคนิค

- 1.2.1 สามารถใช้ควบคุมและวัดแรงดันได้ตั้งแต่ 0 ถึง 120 cmH₂O หรือกว้างกว่า
- 1.2.2 มีปุ่มกดสำหรับปล่อยแรงดันออกสำหรับกรณีที่มีแรงดันมากเกินไปใน tube
- 1.2.3 บริเวณด้ามจับสามารถบีบเพื่อปล่อยลมเข้า tube ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว
- 1.2.4 มีแถบสีแสดงระดับแรงดันที่เหมาะสมสำหรับการใช้งานอย่างชัดเจน

1.3 คุณลักษณะเฉพาะในการออกแบบ

- 1.3.1 เป็นอุปกรณ์ใช้ควบคุมและวัดแรงดันของ tube ขนาดเล็ก
- 1.3.2 บรรจุในกล่อง 1 เครื่องต่อกล่อง

2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานรับรองจากสถาบันที่ได้มาตรฐานสากล

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบแคตตาล็อกและทดลองใช้งาน

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ. ของ พบ.

(ลงชื่อ) พ.อ.ประสงค์ ล้อมทอง ผอ.กวก.พบ./ประธานกรรมการ
(ประสงค์ ล้อมทอง)

(ลงชื่อ) พ.อ.ปรีชา อนันตะ ผอ.กทพ.พบ./กรรมการ
(ปรีชา อนันตะ)

(ลงชื่อ) พ.ท.ปุ่นพงศ์ หาญศิริพันธ์ อายุรแพทย์แผนกโรคปอด กอช.รพ.ร.6/
(ปุ่นพงศ์ หาญศิริพันธ์) กรรมการร่วมจากหน่วยใช้

16 มี.ค.2550

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อनुมติให้ใช้
ตามอนุมัติ จก.พบ.ท้ายหนังสือ กวก.พบ.
ที่ กท 0446.13/220 ลง 20 มี.ค.50