

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย พ. ที่ 107/61 (พบ.)

หมายเลข คจ. 6515 - M - 61 - S - 0008

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ อุปกรณ์รองฝ่าเท้า
(Sole Support)

หน่วยนับ ชิ้น/ข้าง/อัน/คู่

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน ใช้สำหรับใส่ในรองเท้า เพื่อลดการกระแทก ลดการรับน้ำหนักที่ฝ่าเท้า ด้านหน้าหรือทั้งฝ่าเท้าที่มีการรับน้ำหนักมากเกินไป และช่วยบรรเทาอาการปวด

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 ทำจาก Silicone Medical Grade หรือ Soft Elasticated Fabric และ Polymer Gel หรือวัสดุอื่นที่ดีกว่า

1.2.2 มีความเหนียว ยึดหยุ่นได้ดี ให้ความกระชับฝ่าเท้าด้านหน้าหรือทั้งฝ่าเท้า และทำความสะอาดได้ง่าย

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ เป็นอุปกรณ์พยางค์ฝ่าเท้า

1.3.1 มีให้เลือกใช้งานอย่างน้อย 2 ชนิด ดังนี้

1.3.1.1 ชนิดที่รองฝ่าเท้าด้านหน้า

1.3.1.2 ชนิดที่รองฝ่าเท้าแบบเต็มฝ่าเท้า

1.3.2 มีหลายขนาดให้เลือกใช้ตามความเหมาะสมของผู้ป่วยแต่ละราย

2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 ต้องเป็นของใหม่และไม่เคยใช้งานมาก่อน

3.2 ชนิด และขนาดของอุปกรณ์พยางค์ฝ่าเท้า จะระบุในการจัดหาแต่ละครั้ง

3.3 มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 1 ปี นับจากวันส่งของ

3.4 ต้องได้รับการรับรองคุณภาพและความปลอดภัยในการใช้งานตามมาตรฐานสากล

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบแค็ตตาล็อก และทดลองใช้งาน

ชื่อสิ่งอุปกรณ์

อุปกรณ์รองฟ้าเท้า (Sole Support)

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย พ. ของ พบ.

พ.อ.....ผอ.กอง พบ./ประธานกรรมการ

(ปุณฺชทร ทิพยวงษ์)

พ.อ.หญิง.....ผอ.กอง พบ./กรรมการ

(จอมขวัญ แสงซังแก้ว)

พ.อ.....คัลยแพทย์โรคกระดูก รพ.ร.6/

(นุสรณ์ ไชยพรหม)

กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

- 5 ก.พ. 2561

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย พ. ของ พบ.

พล.ต.....ผทค.ทบ./ประธานกรรมการ

(ทักษิณ เจริญทอง)

พ.อ.....ผอ.กอง พบ./กรรมการ

(ปกิจจ์ แสงสว่าง)

พ.อ.....นปก.ประจำ กบ.ทบ./กรรมการ

(ปราโมทย์ จันทมิฬ)

20 ก.พ. 2561

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อบรมให้ใช้
ตามอนุมัติ จก.พบ.ท้ายหนังสือ กวก.พบ.
ที่ กท 0446.13/ 258... ลง 9.9.ก.พ. 61