

คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.ที่ 109/47(พบ.)

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6515-XX-253-5311

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ชุดเจาะเตรียมหลอดเลือด (Introducer Set)

หน่วยนับ ชุด (set)

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 คุณลักษณะเฉพาะในการใช้งาน

ใช้แทงผ่านผิวหนังเข้าสู่หลอดเลือดเพื่อสอดสายลวดนำเข้าสู่หลอดเลือด

1.2 คุณลักษณะเฉพาะในทางเทคนิค -

1.3 คุณลักษณะเฉพาะในการออกแบบ

1.3.1 เป็นชุดเจาะเตรียมหลอดเลือด ที่ทำให้ปราศจากเชื้อแล้ว ใน 1 ชุด ประกอบด้วย

1.3.1.1 อินโทรดิวเซอร์ชนิดลักษณะเป็นท่อซึ่งภายในมีวาล์วป้องกันเลือดไหลย้อนกลับ

1.3.1.2 ไคเลเตอร์

1.3.1.3 สายลวดนำ

1.3.2 ขนาดและความยาว จะระบุในการจัดหาแต่ละครั้ง

1.3.3 ขนาดบรรจุของละ 1 ชุด

2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 1 ปี ในวันส่งของ

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ ของตัวอย่างและทดลองใช้งาน

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.ของ พบ.

(ลงชื่อ)พ.อ. ศาคร คงมัน ผอ.กวก.พบ./ประธานกรรมการ
(ศาคร คงมัน)

(ลงชื่อ)พ.อ. ปรีชา อนันตะ ผอ.กทพ.พบ./กรรมการ
(ปรีชา อนันตะ)

(ลงชื่อ)พ.ต. ชัชชาญ คงพานิช รังสีแพทย์ กรส.รพ.ร.ร.6/กรรมการร่วมจากหน่วยใช้
(ชัชชาญ คงพานิช)