

คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ. ที่ 494/49(พบ.)

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6515-XX-247-1546

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ สายลวดสำหรับนำสายสวนหลอดเลือด
(Diagnostic guide wire)

หน่วยนับ เส้น

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 คุณลักษณะเฉพาะในการใช้งาน เป็นสายลวดใช้ใส่นำสายสวนหัวใจอื่นๆเข้าในหลอดเลือดหรือใช้ในการสลับเปลี่ยนสายสวนหัวใจ (Exchange) มีหลายขนาดความยาว

1.2 คุณลักษณะเฉพาะในทางเทคนิค

1.2.1 เป็นเส้นลวดนำชนิด Plastic-type wire ปลายมีความอ่อนนุ่มและยืดหยุ่น ไม่ทำให้เกิดอันตรายต่อหลอดเลือด

1.2.2 พื้นผิวด้านนอกของเส้นลวดนำเคลือบด้วยสาร Hydrophilic polymer มีคุณสมบัติพิเศษ คือขณะเปียกชื้นให้ความลื่นและสะดวกขณะสอดจะไหลเข้าไปตามหลอดเลือดได้ดี

1.3 คุณลักษณะเฉพาะในการออกแบบ

1.3.1 ปลายของเส้นลวดนำมีหลายชนิด จะระบุในการจัดหาแต่ละครั้ง

1.3.2 มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางหลายขนาด จะระบุในการจัดหาแต่ละครั้ง

1.3.3 มีความยาวหลายขนาด จะระบุในการจัดหาแต่ละครั้ง

1.3.4 บรรจุในซองพลาสติก ผ่านการฆ่าเชื้อแล้ว

1.3.5 ขนาดบรรจุ 1 ซอง ต่อ 1 ชุด

2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 1 ปี นับจากวันที่ส่งของ

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะตามรูปแบบแคตตาล็อกและทดลองใช้งาน

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.ของ พบ.

(ลงชื่อ) พ.อ.ประสงค์ ล้อมทอง
(ประสงค์ ล้อมทอง)

ผอ.กวก.พบ./ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ) พ.อ.ปรีชา อนันตะ
(ปรีชา อนันตะ)

ผอ.กทพ.พบ./กรรมการ

(ลงชื่อ) พ.ท.หญิง สุพัตรา ชียางคบุตร
(สุพัตรา ชียางคบุตร)

พยาบาล หน.หน่วยสมรรถภาพหัวใจ กอช.รพ.ร.6/
กรรมการร่วมจากหน่วยใช้

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อนุมัติให้ใช้
ตามอนุมัติ จก.พบ.ท้ายหนังสือ กวก.พบ.
ที่ กท 0446.13/22 ลง 11 ม.ค.49

9 ม.ค.2549