

คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ. ที่ 567/49(พบ.)

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6515-XX-247-1620

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ สายสวนนำเข้าหลอดเลือด
(Introfex Percutaneous Sheath Introducers)

หน่วยนับ ชุด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 คุณลักษณะเฉพาะในการใช้งาน เป็นอุปกรณ์ในการนำสายสวนหัวใจเข้าสู่ร่างกายทางเส้นเลือดดำ

subclavian , jugular และ femoral vein

1.2 คุณลักษณะเฉพาะในทางเทคนิค

1.2.1 introducer sheath มี hemostatic valve เพื่อป้องกันการไหลออกมาของเลือด ที่ตัว Introducer sheath มี V-shaped side arm พร้อมสาย tubing และ stopcock อยู่

1.2.2 introducer sheath เคลือบด้วย AMC thromboshield เพื่อป้องกันการติดเชื้อและการแข็งตัวของเลือดทั้งภายในและภายนอก

1.2.3 guide wire ขนาด 0.035" ยาว 20" พร้อมอุปกรณ์ในการใส่ที่สะดวก

1.2.4 บน guide wire มี marker อยู่

1.2.5 อุปกรณ์ ประกอบด้วย

1.2.5.1 dilator 1 ชิ้น

1.2.5.2 เข็มแทงเบอร์ 18 G ขนาดความยาว 2 1/2" จำนวน 1 อัน

1.2.5.3 gauze pads จำนวน 4 ชิ้น

1.2.5.4 contamination shield จำนวน 1 อัน

1.3 คุณลักษณะเฉพาะในการออกแบบ

1.3.1 มีให้เลือกหลายขนาด ผู้ใช้จะระบุในการจัดหาแต่ละครั้ง

1.3.2 บรรจุของละ 1 ชุด ทำให้ปราศจากเชื้อแล้ว

2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่น ๆ มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 1 ปี ในวันส่งของ

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะตามรูปแบบแคตตาล็อกและทดลองใช้งาน

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.ของ พบ.

(ลงชื่อ) พ.อ.ประสงค์ ล้อมทอง
(ประสงค์ ล้อมทอง)

ผอ.กวก.พบ./ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ) พ.อ.ปรีชา อนันตะ
(ปรีชา อนันตะ)

ผอ.กทพ.พบ./กรรมการ

(ลงชื่อ) พ.ต.หญิง อุบล อรรถาวิรุ
(อุบล อรรถาวิรุ)

พยาบาล รพ.ร.ร.6/กรรมการร่วมจากหน่วยใช้

1 ก.พ.2549

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อนุมัติให้ใช้
ตามอนุมัติ จก.พบ.ท้ายหนังสือ กวก.พบ.
ที่ กท 0446.13/109 ลง 17 ก.พ.49