

หมายเลขอ้างอิงอุปกรณ์ -
ชื่ออ้างอิงอุปกรณ์ โถ่ครองเตียงคนไข้
หน่วยนับ ตัว

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 ลักษณะทั่วไป เป็นโถ่ครองเตียงคนไข้ หัวด้วยสแตนเลส

1.2 ลักษณะเฉพาะ

1.2.1 เป็นโถ่ครองเตียงคนไข้ แบบ มีล้อที่ฐานล่าง เกลี้ยงที่ได้

1.2.2 ฐานล่างเป็นโครงเหล็กสี่เหลี่ยม ทำเป็นรูปตัว \rightarrow ขนาดโดยประมาณ กว้าง 16"
ยาว 25" ติดล้อยาง ชนิดหยุ่นไกรอบตัว ขนาด $\phi 2"$ หนา 1" เป็นล้อชนิดมีลูกปืน
พวงหัง 2 คัน และมีฝาครอบปิดลูกปืนอีกชั้นหนึ่ง

1.2.3 มีโครงเหล็กสี่เหลี่ยมขนาดประมาณ 3" x 1" ติดอยู่ฐานล่าง และ โครงรอบพื้นโถะ
สามารถเลื่อน สูง-ต่ำได้ ระหว่าง 80-100 ซม. โดยใช้มือหยุ่น

1.2.4 โครงรอบรับพื้นโถะทำด้วยโลหะแผ่นยินดีไม้เป็นสิ่งเดียว ขนาดประมาณ 19" x 8"
พื้นโถะทำด้วยไม้อัดขนาดประมาณ 15" x 32" หนา $3/4"$ บุฟเฟ่เมgar ลายไม้สัก
ยึดติดกับโครงรองรับพื้นโถะ ขอบโถะหุ้มด้วยไนล่อนโดยรอบ

2. การบรรจุห้องห่อ ตามมาตรฐานในห้องคลาด

3. ข้อกำหนดอื่น ๆ -

4. วิธีตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ, แบบรูปเด็ตตาลอก ทดลองใช้งาน

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.ของ พบ.

- ๘๐. ๖๒,

ประธานกรรมการ

นาย อรุณ พานิช

กรรมการ

นาย สมชาย นิ่ม

กรรมการ

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.ของ พบ.

นาย อรุณ พานิช ประธานกรรมการ

นาย สมชาย นิ่ม กรรมการ

นาย สมชาย นิ่ม กรรมการ

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้ออกตาม

อนุมัติ พบ. พบ. ท้ายบันทึก กบ. พบ.

ทภก. 0404 / 5934 ลง ๑๘ พ.ค. ๓๓

(ลงชื่อ) พบ.

(วันที่ ๔ กันยายน)

(ตัวยันชื่อ) พบ. พบ.