

คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ. ที่ 380/49(พบ.)

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6515-XX-247-1432

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ สารยึดกระดูก (Bone Cement)

หน่วยนับ ชุด

**1. คุณลักษณะเฉพาะ**

1.1 คุณลักษณะเฉพาะในการใช้งาน ใช้สำหรับยึดกระดูกเข้าด้วยกันในการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าหรือข้อสะโพก

1.2 คุณลักษณะเฉพาะในทางเทคนิค -

1.3 คุณลักษณะเฉพาะในการออกแบบ

1.3.1 ส่วนที่เป็นของเหลวใสบรรจุในขวดหรือกระป๋องแก้ว

1.3.2 สารยึดกระดูกมี 2 ชนิด คือ ชนิดไม่มียาปฏิชีวนะหรือชนิดมียาปฏิชีวนะ

1.3.3 เป็นผงบรรจุในซอง มีขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 20 กรัม

1.3.4 เป็นสารยึดกระดูกที่สามารถทำการถ่ายภาพทางรังสีได้

1.3.5 ชนิดของสารยึดกระดูกจะระบุในการจัดหาแต่ละครั้ง

1.3.6 ผ่านการทำให้ปราศจากเชื้อแล้ว

2. **การบรรจุและหีบห่อ** บรรจุหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. **ข้อกำหนดอื่นๆ** มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 2 ปี นับจากวันส่งของ

4. **วิธีการตรวจสอบ** ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบแคตตาล็อก และทดลองใช้งาน

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.ของ พบ.

(ลงชื่อ) พ.อ.ประสงค์ ล้อมทอง  
(ประสงค์ ล้อมทอง)

ผอ.กวก.พบ./ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ) พ.อ.ปรีชา อนันตะ  
(ปรีชา อนันตะ)

ผอ.กทพ.พบ./กรรมการ

(ลงชื่อ) พ.ท.หญิง พชรินทร์ รตเวสสนันท์  
(พชรินทร์ รตเวสสนันท์)

หน.ห้องผ่าตัด มวก./กรรมการร่วมจากหน่วยใช้

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อนุมัติให้ใช้  
ตามอนุมัติ จก.พบ.ท้ายหนังสือ กวก.พบ.  
ที่ กท 0446.13/1040 ลง 18 พ.ย.48

15 พ.ย.2548