

คุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย พ. ที่ 568/43 (พบ.)
หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6640-XX-256-3276
ชื่อสิ่งอุปกรณ์ สไลด์หลุม
(Immunofluorescent printed microscope slide)
หน่วยนับ กล่อง

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 คุณลักษณะเฉพาะในการออกแบบ

- 1.1.1 ทำด้วยแก้วชนิดดี ทนความร้อนและความชื้นได้ดี มีความหนาสม่ำเสมอ ขอบเรียบ
- 1.1.2 มีขนาดมาตรฐาน กว้าง 25 มิลลิเมตร ยาว 75 มิลลิเมตร
- 1.1.3 ปลายด้านหนึ่งมีลักษณะเป็นกระจกฝ้า (frosted end) ขนาดยาว 18 มิลลิเมตร พื้นที่ส่วนที่เหลือทั้งหมดมีลักษณะทึบแสงเป็นสีขาวหรือสีดำ ซึ่งจะระบุในการจัดหาแต่ละครั้ง
- 1.1.4 ในพื้นที่ส่วนทึบแสงเว้นช่องเป็นหลุมรูปวงกลมให้มีลักษณะโปร่งแสง ขนาดและจำนวนหลุมจะระบุในการจัดหาแต่ละครั้ง
- 1.1.5 ขนาดบรรจุต่อกล่องจะระบุในการจัดหาแต่ละครั้ง

1.2 คุณลักษณะเฉพาะในการใช้งาน ใช้ในงานตรวจทางห้องปฏิบัติการโดยวิธีอิมมูโนเรืองแสง

1.3 คุณลักษณะเฉพาะในทางเทคนิค -

2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่น ๆ -

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบแคตตาล็อก และของตัวอย่าง

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.ของ พบ.

(ลงชื่อ) พ.อ.พร้อมพงษ์ พิระบูล ผอ.กวก.พบ./ประธานกรรมการ
(พร้อมพงษ์ พิระบูล)

(ลงชื่อ) พ.อ.อำนาจ ธรรมจินดา ผู้อำนวยการเฉพาะสาขา พบ./กรรมการ
(อำนาจ ธรรมจินดา)

(ลงชื่อ) พ.อ.หญิง พจมาน คุริยพันธ์ หน.ระบาควิทยา กวก.สวพท.พบ./กรรมการ
(พจมาน คุริยพันธ์)

...14.../...พ.ย.../...43....

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อนุมัติให้ใช้ตาม
อนุมัติ จก.พบ. ท้ายหนังสือ กวก.พบ. ที่
กท 0446.13/700 ลง 15 พ.ย.43