

ชุดคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.(รพ.ค่ายสุรนารี) ที่ 003/63(ชั่วคราว)
หมายเลขสิ่งอุปกรณ์
ชื่อสิ่งอุปกรณ์ คิวเวทสำหรับตรวจตะกอนในปัสสาวะ
(Cuvette for sediment Urine)
หน่วยนับ กล้อง

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 คุณลักษณะเฉพาะในการใช้งาน

1.1.1 ใช้ตรวจวิเคราะห์ปริมาณตะกอนในปัสสาวะ

1.2 คุณลักษณะเฉพาะในทางเทคนิค

1.2.1 เป็นurine microscopy measuring unitเพื่อตรวจวัดตะกอน Red blood cells, White blood cells, Non-squamous epithelial cells, Squamous epithelial cells, Yeasts, Crystals, Bacteria, Hyaline casts, Sperm, Mucus และ Pathological castsในสิ่งส่งตรวจ

1.2.2 ตรวจวิเคราะห์ปริมาณตะกอนในสิ่งส่งตรวจโดยใช้หลักการ Automated microscopy และ Automatic image evaluation

1.2.3 ตรวจวัดด้วย cobas u cuvette

1.2.4 ขนาดบรรจุจะกำหนดในการจัดหาแต่ละครั้ง

1.3 คุณลักษณะเฉพาะในการออกแบบ

1.3.1 ใช้Cuvette ในการตรวจวัดปริมาณตะกอนในสิ่งส่งตรวจ โดยเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติ ที่หน่วยมีใช้อยู่

2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ มีสลากระบุวัน เดือน ปี ที่หมดอายุ

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบแคตตาล็อก และทดลองใช้งาน

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย พ. ของ รพ.ค่ายสุรนารี

พ.อ.....กรรมการ

(อัญพณ สายบุงคล้า)

ร.ท.....กรรมการ

(บุญล ฉิมพาลี)

ร.ต.....กรรมการ

(ปิยะ ปัญญาจันทร์)