

คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ. ที่ 211/56 (พบ.)

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6550-XX-256-3894

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ น้ำยาตรวจวัดปริมาณไทรอยด์ ชนิดฟรี ที สาม
(Free Triiodothyronine, FT3 Reagent)

หน่วยนับ กล่อง, ชุด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน ใช้ตรวจวัดปริมาณ Free Triiodothyronine หรือ FT3 ในซีรัมหรือพลาสมา

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค ใช้หลักการ Chemiluminescent Immunoassay หรือหลักการอื่นที่ดีกว่า

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ เป็นน้ำยาสำเร็จรูป ใช้กับเครื่องตรวจอัตโนมัติที่หน่วยงานมีอยู่ได้

2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ


3.1 จำนวน และขนาดบรรจุของน้ำยาจะระบุในการจัดหาแต่ละครั้ง


3.2 มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่ส่งของ


3.3 มีเอกสารกำกับระบุข้อบ่งใช้ รายละเอียดส่วนประกอบของน้ำยา วิธีการเก็บรักษา และข้อกำหนดอื่นๆ

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ และรูปแบบแค็ตตาล็อก

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.ของ พบ.

พ.อ..........ผอ.กวก.พบ./ประธานกรรมการ
(ทักษิณ เจียมทอง)

พ.อ..........ผอ.กทพ.พบ./กรรมการ
(พิสุทธิ์ บุตรงามดี)

พ.อ..........รอง ผอ.กอง รพ.อ.ป.ร.
(เอนกพงศ์ พูลเพิ่ม) /กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

5 ก.ค 2556

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อาจได้แก้ไข
ตามอนุมัติ จก.ทบ.ท้ายหนังสือ กวก.พบ.
ที่ กท 0445.13/ 792 ลง 8 ก.ค. 56