

คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ. ที่ 277/52 (พบ.)

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6550-XX-247-2792

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ น้ำยาล้างเครื่องมือแพทย์สำหรับเครื่องล้างอัตโนมัติ  
(Liquid Detergent for Washer Disinfector)

หน่วยนับ ลิตร/แกลลอน

## 1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 คุณลักษณะเฉพาะในการใช้งาน ใช้สำหรับล้างเครื่องมือ เช่น เครื่องมือผ่าตัด เครื่องช่วยหายใจ เป็นต้น โดยสามารถจัดคราบเลือดและคราบสกปรกที่ปนเปื้อนให้ออกจากเครื่องมือ ก่อนนำไปฆ่าเชื้อ เหมาะสำหรับเครื่องล้างฆ่าเชื้ออัตโนมัติ

### 1.2 คุณลักษณะเฉพาะในทางเทคนิค

มีค่า pH ระหว่าง 10-12

### 1.3 คุณลักษณะเฉพาะในการออกแบบ

1.3.1 เป็นน้ำยาล้างทำความสะอาดเครื่องมือทางการแพทย์ อยู่ในรูปของเหลว บรรจุในแกลลอน

1.3.2 สามารถใช้เครื่องปั๊มดูดน้ำยามาใช้งานกับเครื่องล้างอัตโนมัติได้

1.3.3 ขนาดบรรจุมีหลายขนาด จะระบุในการจัดหาแต่ละครั้ง

## 2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต

## 3. ข้อกำหนดอื่นๆ มีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี นับตั้งแต่วันส่งของ

## 4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบเค็ตตาล็อก และทดลองใช้งาน

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.ของ พบ.

(ลงชื่อ) พ.อ.ชัชวาล บุณรัช

( ชัชวาล บุณรัช )

ผอ.กวก.พบ./ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ) พ.อ.พิสุทธิ บุตรงามดี

( พิสุทธิ บุตรงามดี )

ผอ.กทพ.พบ./กรรมการ

(ลงชื่อ) พ.ท.หญิง อรสา สุขดี

( อรสา สุขดี )

ผบ.หน่วย รพ.ร.6 ปฏิบัติราชการ

หน.แผนกเวชบริรักษ์กลาง รพ.ร.6

/กรรมการร่วมจากหน่วยใช้

21 ก.ค.2552

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อนุมัติให้ใช้  
ตามอนุมัติ จก.พบ.ท้ายหนังสือ กวก.พบ.  
ที่ กท 0404.13/514 ลง 21 ก.ค.52