

คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.ที่ 217/57 (พบ.)
 หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6550-XX-256-4097
 ชื่ออุปกรณ์ ชุดน้ำยาตรวจหาซีเอ 19-9
 (CA 19-9 Reagent Kit)
 หน่วยนับ ชุด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

- 1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน ใช้ตรวจหาปริมาณ CA 19-9 ในเชื้อม และพลาสม่า
- 1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค ใช้หลักการ Electrochemiluminescence immunoassay (ECLIA)
แบบ Sandwich principle หรือหลักการอื่นที่เทียบเท่า หรือดีกว่า
- 1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ เป็นสารละลาย สามารถใช้กับเครื่องตรวจอัตโนมัติ ใน 1 ชุด
ประกอบด้วย
 - 1.3.1 น้ำยา Streptavidin - coated microparticles (M)
 - 1.3.2 น้ำยา Anti - CA 19-9 - Ab - biotin (R1)
 - 1.3.3 น้ำยา Anti - CA 19-9 - Ab - Ru (bpy)₃²⁺ (R2)

2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

- 3.1 จำนวนและขนาดบรรจุของชุดน้ำยา จะระบุในการจัดหาแต่ละครั้ง
 - 3.2 มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือนนับตั้งแต่วันที่ส่งของ
 - 3.3 มีเอกสารกำกับระบุข้อบ่งใช้ รายละเอียด ส่วนประกอบของน้ำยา วิธีการเก็บรักษา และข้อกำหนดอื่นๆ
- 4. วิธีการตรวจสอบ** ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ และรูปแบบแค็ตตาล็อก

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.ของ พบ.

พ.อ..... ผอ.ภาฯ.พบ./ประธานกรรมการ

(ทักษิณ เจียมทอง)

พ.อ..... ผอ.กทพ.พบ./กรรมการ

(พิสุทธิ์ บุตรงามดี)

พ.อ..... ประจำ พบ.ชรก.รพ.รร.6

(ปกรณ์ จิโรจน์กุลกิจ) /กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

25 ม.ย. 2557

คุณลักษณะเฉพาะนับนี้อนุมัติให้ใช้
ตามอนุมัติ จก.พบ.ท้ายหนังสือ กวก.พบ.
ที่ กห 0446.13/ ๗๘๔ ลง ๒๕ มิ.ย.๕๗