

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย พ.ที่ 215/55(พบ.)

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6515-XX-247-3616

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ชุดขวดน้ำให้ความชื้นระบบปิด ชนิดใช้ครั้งเดียว
(Disposable Humidifiers Closed System)

หน่วยนับ ชุด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน สำหรับใช้ร่วมกับการให้ออกซิเจนแบบมีความชื้นกับผู้ป่วยหลังผ่าตัด
หรือผู้ป่วยทั่วไป

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 ขวดน้ำให้ความชื้นเป็นระบบปิด (Closed System) เพื่อป้องกันการติดเชื้อ

1.2.2 มีระบบสัญญาณเตือน เมื่ออัตราการไหลของออกซิเจนเกิดขัดข้อง

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

1.3.1 เป็นขวดพลาสติก ภายในบรรจุน้ำสะอาด (Sterile Water) พร้อมหัวต่ออยู่ในชุดเดียวกัน

1.3.2 ขนาดบรรจุ จะระบุในการจัดหาแต่ละครั้ง

2. การบรรจุและหีบห่อ ทำให้ปราศจากเชื้อแล้ว อยู่ในบรรจุภัณฑ์ปิดสนิทและหีบท่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต


3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ส่งของ


3.2 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองคุณภาพ และความปลอดภัยในการใช้งานตามมาตรฐานสากล

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบแค็ตตาล็อก และทดลองใช้งาน

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สาย พ.ของ พบ.

พ.อ..... พ.อ. กว.พ.พบ./ประธานกรรมการ
(ทักษิณ เจียมทอง)

พ.อ..... พ.อ. กพ.พ.พบ./กรรมการ
(พลอากาศเอก บุตรงามดี)

พ.ต.ท.ญ. พยาบาล รพ.รร.๖/กรรมการร่วมจากหน่วยไฟฟ้า
(พลจิตต์ เพิ่มพูน)

๑๑ เม.ย. ๒๕๕๕

คุณลักษณะเฉพาะบนบัน្តอนุមติให้ใช้ ตามอนุมติ ขก.พบ.ก้าขหนังสือ กว.พบ. ที่ กก 0416.13/ ๓๒๙ ลง ๑๗ เม.ย.๕๕
--