

คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ. ที่ 263/50(พบ.)

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6515-XX-247-2039

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ คลิปห้ามเลือดในกระเพาะอาหารและลำไส้ชนิดสองขา  
(Hemostasis Clip)

หน่วยนับ ชิ้น

## 1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 คุณลักษณะเฉพาะในการใช้งาน ใช้สำหรับการห้ามเลือด (hemostasis) หรือทำเครื่องหมาย (marking) โดยใช้งานผ่านกล้องส่องตรวจระบบทางเดินอาหาร

### 1.2 คุณลักษณะเฉพาะในทางเทคนิค

1.2.1 ตัวคลิปทำจากไททาเนียมหรือวัสดุอื่นที่ดีกว่า

1.2.2 ตัวคลิปมีปากทำมุม 90 องศาฐานยาว และ 135 องศาฐานมาตรฐานจะกำหนดในการจัดหาแต่ละครั้ง

1.2.3 ต้องใช้คู่กับสายคลิปห้ามเลือด โดยผ่านท่อใส่เครื่องมือ (instrument channel) ของกล้องส่องตรวจที่สามารถใช้งานร่วมกับตัวสายได้

### 1.3 คุณลักษณะเฉพาะในการออกแบบ

1.3.1 เป็นคลิปสำหรับห้ามเลือดหรือทำเครื่องหมายใช้ร่วมกับอุปกรณ์สำหรับกล้องส่องตรวจ มีลักษณะเป็นตัวคลิป มีปากทำมุม 90 องศาฐานยาว และ 135 องศาฐานมาตรฐานใช้คู่กับสายคลิปห้ามเลือด โดยผ่านท่อใส่เครื่องมือ

1.3.2 มีหลายขนาดให้เลือกจะระบุในการจัดหาแต่ละครั้ง

1.3.3 ผ่านการทำให้ปราศจากเชื้อแล้ว

2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 1 ปี ในวันส่งของ

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบแคตตาล็อกและทดลองใช้งาน

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ. ของ พบ.

(ลงชื่อ) พ.อ.ประสงค์ ล้อมทอง

ผอ.กวก.พบ./ประธานกรรมการ

( ประสงค์ ล้อมทอง )

(ลงชื่อ) พ.อ.ปรีชา อนันตะ

ผอ.กทพ.พบ./กรรมการ

( ปรีชา อนันตะ )

(ลงชื่อ) พ.อ.วานิช ปิยนันตร์

หน.แผนโรกระบบทางเดินอาหาร กอช.รพ.ร.ร.6/

( วานิช ปิยนันตร์ )

กรรมการร่วมจากหน่วยใช้

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อนุมัติให้ใช้  
ตามอนุมัติ จก.พบ. ท้ายหนังสือ กวก.พบ.  
ที่ กท 0446.13/73 ลง 29 ม.ค.50