

คุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย พ.ที่ 003/50

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6515-XX-247-0395

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ เครื่องมือผ่าตัดต้อกระจก และใส่เลนส์แก้วตาเทียม
(Cataract Extraction with Intra Ocular Lens Implantation)

หน่วยนับ ชุด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 คุณลักษณะเฉพาะในการใช้งาน เป็นเครื่องมือสำหรับทำการผ่าตัด ต้อกระจก และใส่เลนส์แก้วตาเทียม

1.2 คุณลักษณะเฉพาะในทางเทคนิค ทำมาจากโลหะปลอดสนิม หรือส่วนประกอบบางส่วนทำด้วยวัสดุอื่นตามความจำเป็น และความเหมาะสมในการใช้งาน

1.3 คุณลักษณะเฉพาะในการออกแบบ ใน 1 ชุด ประกอบด้วย

- | | | |
|--------|---|-------|
| 1.3.1 | ที่ถ่างเปลือกตา Barraquer Eye Speculum ความกว้างของ Blade 14 - 15 mm | 1 อัน |
| 1.3.2 | ที่ถ่างเปลือกตา Temporal Eye Speculum หรือ Nasal Wire Speculum
ความกว้างของ Blade 14 - 16 mm | 1 อัน |
| 1.3.3 | ที่ปาดม่านตา Cleasby Iris Spatula หรือ Troutman Barraquer Iris Spatula
ความยาวจากปลายสุดถึงบริเวณที่หักทำมุม (Angle to Tip) ยาว 12 - 15 mm | 1 อัน |
| 1.3.4 | ที่ดักเลนส์แก้วตา New Orleans Eye Lens Loop ความกว้างของ Loop 4.5 - 5 mm | 1 อัน |
| 1.3.5 | ขอเกี่ยวหมุนเลนส์ทำมุมปลายมน Sinsky Hook ขนาดปลายหัว 0.2 - 0.25 mm
ความยาวจากปลายสุดถึงบริเวณที่หักทำมุม (Angle to Tip) ยาว 10 mm | 1 อัน |
| 1.3.6 | ขอเกี่ยวแบ่งสับเลนส์ Naqahara Nucleus Chopper หรือ Fukasaku Snapper Hook | 1 อัน |
| 1.3.7 | ขอเกี่ยวกล้ามเนื้อ Graefe Muscle Hook หรือ Smith Expressor Hook ยาว 140-150 mm | 1 อัน |
| 1.3.8 | ปากคีบ Castroviejo Forceps มีเขี้ยว 1x2 เขี้ยว ขนาด 0.3 mm ยาว 108 mm | 1 อัน |
| 1.3.9 | ปากคีบ Castroviejo Forceps มีเขี้ยว 1x2 เขี้ยว ขนาด 0.12 mm ยาว 108 mm | 2 อัน |
| 1.3.10 | ปากคีบ Macgregor Conjunctiva Forceps หรือ Bishop-Harmon forceps ยาว 85-110 mm | 1 อัน |
| 1.3.11 | ปากคีบปลายทำมุม Kalman - McPherson AngleTying Forceps
ความยาวจากปลายสุดถึงบริเวณที่หักทำมุม (Angle to Tip) ยาว 7-8 mm | 1 อัน |
| 1.3.12 | ปากคีบปลายทำมุม McPherson AngleTying Forceps
ความยาวจากปลายสุดถึงบริเวณที่หักทำมุม (Angle to Tip) ยาว 4-5 mm | 1 อัน |
| 1.3.13 | ปากคีบปลายทำมุม Ultrata Capsulorhexis Forceps
ความยาวจากปลายสุดถึงบริเวณที่หักทำมุม (Angle to Tip) ยาว 11-12 mm | 1 อัน |

/1.3.14 ปากคีบ.....

- 1.3.14 ปากคีบปลายทำมุม Troutman Superior Rectus Forceps มีเขี้ยว 1x2 เขี้ยว ยาว 106 mm 1 อัน
- 1.3.15 ปากคีบปลายโค้ง Fine Curved Tying Forceps หรือ Tennant Curved Tying Forceps ยาว 100-110 mm 1 อัน
- 1.3.16 คีมจับเข็ม Castroviejo Needle Holder Curved with Lock ปากจับเข็มยาว 9 mm 1 อัน
- 1.3.17 คีมจับเข็ม Castroviejo Needle Holder Curved with Lock ปากจับเข็มยาว 10 - 11 mm 1 อัน
- 1.3.18 คีมจับเข็ม Castroviejo Needle Holder Straight with Lock ปากจับเข็มยาว 10 -12 mm 1 อัน
- 1.3.19 กรรไกรตรง Straight Iris Scissors ปากกรรไกรยาว 27 - 28 mm 1 อัน
- 1.3.20 กรรไกรโค้งมน Westcott Curved Tenotomy Scissors Right model Blunt Tips ปากกรรไกรยาว 21 - 22 mm 1 อัน
- 1.3.21 กรรไกรโค้งมน Castroviejo Curved Corneal Scissors ปากกรรไกรยาว 10 - 11 mm 1 อัน
- 1.3.22 กรรไกรโค้งแหลม Vannas Curved Capsulotomy Scissors ปากกรรไกรยาว 8 mm 1 อัน
- 1.3.23 หัวเข็มล้างและดูดเลนส์เบอร์ 23G Simcoe Irrigating Aspirating Double Cannula 1 อัน
- 1.3.24 หัวเข็มล้างทำมุมเบอร์ 19G Bishop – Harmon Irrigating Cannula 1 อัน
- 1.3.25 ค้ามต่อหัวเข็มล้างและดูดเลนส์ Irrigating Cannula Handpiece หรือ Double Male Adaptor 1 อัน
- 1.3.26 ลูกยาง Silicone 1 อัน
- 1.3.27 ข้อต่อสวมกับลูกยางและเข็ม Adapter for Irrigators 1 อัน
- 1.3.28 ค้ามมีด Bard – Parker Handle Knife สำหรับใส่ใบมีด เบอร์ 11, 15 1 อัน

2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

- 3.1 ต้องเป็นของใหม่ และไม่เคยใช้งานมาก่อน
- 3.2 มีคู่มือการใช้งาน และปรนนิบัติบำรุงเป็นภาษาไทย และภาษาอังกฤษอย่างละ 2 ชุด (ตัวจริง 1 ชุด)
- 3.3 มีเครื่องหมายถาวรของบริษัท แสดงชื่อ ที่อยู่และโทรศัพท์ (สติกเกอร์) ติดกับเครื่องสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน
- 3.4 ต้องได้รับรองคุณภาพในด้านการผลิต และความปลอดภัยในการใช้งานจากสถาบันการตรวจสอบ หรือ ได้รับรองตามมาตรฐานสากล

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบแคตตาล็อกและทดลองใช้งาน

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.ของ พบ.

- | | |
|--|--|
| (ลงชื่อ) พ.อ.ประสงค์ ล้อมทอง
(ประสงค์ ล้อมทอง) | ผอ.กวก.พบ./ประธานกรรมการ |
| (ลงชื่อ) พ.อ.ปรีชา อนันตะ
(ปรีชา อนันตะ) | ผอ.กทพ.พบ./กรรมการ |
| (ลงชื่อ) พ.ท.หญิง เปรมวดี ฐานพงษ์
(เปรมวดี ฐานพงษ์) | หน.พยาบาลห้องผ่าตัดจักษุกรรม รพ.ร.6
/กรรมการร่วมจากหน่วยใช้ |
- 22 ธ.ค.2549

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย พ. ของ ทบ.

- | | |
|---|---------------------------------|
| (ลงชื่อ) พล.ต.นฤดล ประภาวัต
(นฤดล ประภาวัต) | ผทค.ทบ./ประธานกรรมการ |
| (ลงชื่อ) พ.อ.เกษม ภิญโญชนม์
(เกษม ภิญโญชนม์) | ผอ.กทบ.พบ./กรรมการ |
| (ลงชื่อ) พ.ท.ชุมพล เหมือนกรุด
(ชุมพล เหมือนกรุด) | หน.ร.ร.กบ.ทบ.ชรก.กบ.ทบ./กรรมการ |

29 ม.ค.2550

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อนุมัติให้ใช้
ตามอนุมัติ ผบ.ทบ.ทำขึ้นที่ กทบ.ทบ.
ที่ต่อ กท 0404/1754 ลง 6 มี.ค.50