

คุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย พ. ที่ 111/60 (พบ.)

หมายเลขคุณลักษณะเฉพาะ 6515 - M - 60 - S - 0062

ชื่อสิ่งอุปกรณ์            ด้ามจับห้ามเลือดพร้อมดุดของเหลวด้วยไฟฟ้าแบบมีสายนำไฟฟ้า

หน่วยนับ                ชิ้น

**1. คุณลักษณะเฉพาะ**

1.1 **วัตถุประสงค์ในการใช้งาน** ใช้เป็นอุปกรณ์สำหรับใช้งานร่วมกับเครื่องจีไฟฟ้า เพื่อห้ามเลือดบริเวณเนื้อเยื่อพร้อมกับดูดเลือด และของเหลวในระหว่างการผ่าตัด

**1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค**

1.2.1 ด้ามจับมีที่ยาว สำหรับดูดเลือด และของเหลว

1.2.2 มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน 4 มิลลิเมตร มีความยาวไม่น้อยกว่า 6 นิ้ว

1.2.3 ปลายทึบใช้จีห้ามเลือดบริเวณเนื้อเยื่อที่มีการผ่าตัด สามารถทำความสะอาดเข้ามาจากการห้ามเลือดได้ง่าย

**1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ**

1.3.1 มีสายนำไฟฟ้า เพื่อต่อเข้ากับเครื่องจีไฟฟ้า

1.3.2 มีข้อต่อ เพื่อต่อเข้ากับสายดูดเลือด และของเหลว

1.3.3 มีให้เลือกใช้งานอย่างน้อย 2 รูปแบบ ดังนี้

1.3.3.1 แบบควบคุมด้วยมือ

1.3.3.2 แบบควบคุมด้วยเท้า

1.3.4 สามารถใช้กับเครื่องจีไฟฟ้าที่หน่วยมีใช้อยู่

1.3.5 เป็นแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง

**2. การบรรจุและหีบห่อ** ผ่านการทำให้ปราศจากเชื้อแล้ว บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

**3. ข้อกำหนดอื่นๆ**

3.1 ต้องเป็นของใหม่และไม่เคยใช้งานมาก่อน

3.2 รูปแบบ และจำนวนของด้ามจับห้ามเลือดพร้อมดุดของเหลวด้วยไฟฟ้าแบบมีสายนำไฟฟ้า จะระบุในการจัดหาแต่ละครั้ง


3.3 มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 1 ปี นับจากวันส่งของ

3.4 ต้องได้รับการรับรองคุณภาพและความปลอดภัยในการใช้งานตามมาตรฐานสากล

**4. วิธีการตรวจสอบ** ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ และรูปแบบแค็ตตาล็อก

/คณะกรรมการ...

22 ส.ค. 2560

น.อ. 

ชื่อสิ่งอุปกรณ์

ห้ามจี้ห้ามเลือดพร้อมชุดของเหลวด้วยไฟฟ้าแบบมีสายนำไฟฟ้า

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.ของ พบ.

พ.อ.....ผอ.กอง พบ./ประธานกรรมการ

(ไพรัช มีลาภ)

พ.อ.หญิง.....ผอ.กอง พบ./กรรมการ

( จอมขวัญ แสงบัวแก้ว )

พ.ต.หญิง.....หน.รพ.ร.6/กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

( ศิริลักษณ์ มงคลศาสตร์ )

22 ส.ค. 2560

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อนุมัติให้ใช้

ตามอนุมัติ ก.พ.ท้ายหนังสือ กว.ก.พ.

ที่ กท 0446.13/ 380 ลง 23 ส.ค. 60