

คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ. ที่ 368/49(พบ.)

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6515-XX-247-1420

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ หัวจี้ในน้ำแบบตัดและหัวจี้ห้ามเลือดด้วยคลื่นความถี่สูง  
(Arthroscopic Radio Frequency Probe)

หน่วยนับ อัน

## 1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 คุณลักษณะเฉพาะในการใช้งาน ใช้ตัดเนื้อเยื่อ กระดูกอ่อนและจี้ห้ามเลือดโดยใช้คลื่นความถี่ (Radio Frequency) แบบ Bipolar หรือแบบ Monopolar ในสารละลายให้พลังงานความร้อนต่ำ สามารถใช้ร่วมกับกล้องส่องข้อในการผ่าตัด

1.2 คุณลักษณะเฉพาะในทางเทคนิค ทำด้วยโลหะปลอดสนิมหรือดีกว่า

1.3 คุณลักษณะเฉพาะในการออกแบบ

1.3.1 หัวจี้แบบก้านตรงปลายหักมุม

1.3.2 หัวจี้แบบก้านตรงปลายตัดหักมุม

1.3.3 หัวจี้ Capsule Shrinkage ก้านตรงปลายตรง

1.3.4 หัวจี้แบบก้านตรงปลายหัก มีสายต่อคุณน้ำได้

1.3.5 หัวจี้แบบปลายตรง

1.3.6 หัวจี้แบบดกแต่งเส้นเอ็นขนาดเล็ก

1.3.7 หัวจี้สำหรับเจาะหมอนรองกระดูก ก้านตรงปลายตรง

1.3.8 หัวจี้แบบต่อน้ำหยด ก้านตรงปลายตรงปลายโค้ง

1.3.9 หัวจี้แบบมีท่อหยด ก้านตรงปลายหักมุม 90 องศา

1.3.10 เข็มเจาะน้ำพร้อมปลอก

1.3.11 ขนาดและรูปแบบ จะระบุในการจัดหาแต่ละครั้ง

1.3.12 บรรจุของละ 1 อัน ปราศจากเชื้อ

2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 1 ปี ในวันส่งของ

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบแคตตาล็อก และทดลองใช้งาน

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.ของ พบ.

(ลงชื่อ) พ.อ.ประสงค์ ล้อมทอง

( ประสงค์ ล้อมทอง )

ผอ.กวก.พบ./ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ) พ.อ.ปรีชา อนันตะ

( ปรีชา อนันตะ )

ผอ.กทพ.พบ./กรรมการ

(ลงชื่อ) พ.ท.หญิง พัชรินทร์ รตเวสสนันท์

( พัชรินทร์ รตเวสสนันท์ )

หน.ห้องผ่าตัด มวก./กรรมการร่วมจากหน่วยใช้

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อ่อนมิติให้ใช้  
ตามอนุมัติ จก.พบ.ท้ายหนังสือ กวก.พบ.  
ที่ กท 0446.13/1040 ลง 18 พ.ย.48