

คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ. ที่ 098/53

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6515-XX-247-0684

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ เครื่องดูดของเหลวชนิดแรงดูดต่ำ แบบติดผนัง
(Low Vacuum Regulator)

หน่วยนับ ชุด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 คุณลักษณะเฉพาะในการใช้งาน เป็นเครื่องที่ใช้สำหรับปรับและควบคุมแรงดันในการดูดเลือดและของเหลวออกจากช่องอกและช่องปอด

1.2 คุณลักษณะเฉพาะในทางเทคนิค

1.2.1 สามารถปรับแรงดูดได้ตั้งแต่ 0-100 mbar

1.2.2 ความสามารถในการดูดอากาศสูงสุด (Suction Capacity) ไม่น้อยกว่า 10 ลิตร/นาที

1.2.3 มี Adapter สำหรับต่อใช้งานเข้ากับระบบ Pipeline ของโรงพยาบาลได้

1.2.4 มีปุ่มปรับค่าแรงดูดและ Vacuum Gauge ที่สามารถแสดงค่าได้ตั้งแต่ 0-120 mbar หรือมากกว่า

1.2.5 มีสวิตช์เปิดปิดวาล์วระบบ Vacuum เพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน

1.2.6 ตัวเครื่อง (ยกเว้นส่วน Vacuum Gauge) สามารถนำไปทำให้ปราศจากเชื้อได้ด้วยวิธี Autoclave

1.3 คุณลักษณะเฉพาะในการออกแบบ เป็นเครื่องดูดของเหลวชนิดแรงดูดต่ำแบบติดผนัง ประกอบด้วยตัวเครื่องพร้อมหัวต่อ (Adapter) สำหรับต่อใช้งานกับระบบ Pipeline

2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 ต้องเป็นของใหม่และไม่เคยใช้งานมาก่อน

3.2 ต้องได้รับรองคุณภาพในด้านการผลิตและความปลอดภัยในการใช้งานจากสถาบันตรวจสอบที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบเก็ตตาล็อก และทดลองใช้งาน

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.ของ พบ.

- | | |
|---|--|
| (ลงชื่อ) พ.อ.ทักษิณ เจียมทอง (ทักษิณ เจียมทอง) | ผอ.กวก.พบ./ประธานกรรมการ |
| (ลงชื่อ) พ.อ.พิสุทธิ บุตรงามดี (พิสุทธิ บุตรงามดี) | ผอ.กทพ.พบ./กรรมการ |
| (ลงชื่อ) พ.อ.อนันต์ วัฒนธรรม (อนันต์ วัฒนธรรม) | อายุรแพทย์ รพ.ร.6/กรรมการร่วมจากหน่วยใช้ |

14 ก.ย.2553

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย พ. ของ ทบ.

- | | |
|--|--------------------------------------|
| (ลงชื่อ) พล.ต.สถิตย์ เรืองดิถรัตน์ (สถิตย์ เรืองดิถรัตน์) | ผทค.ทบ./ประธานกรรมการ |
| (ลงชื่อ) พ.อ.ณรงค์ น้อยนารถ (ณรงค์ น้อยนารถ) | ผอ.กกบ.พบ./กรรมการ |
| (ลงชื่อ) พ.อ.ปารเมศ วรรณะพินทุ (ปารเมศ วรรณะพินทุ) | ประจำ บก.ทบ. ชรก.กปชท.กบ.ทบ./กรรมการ |

20 ก.ย.2553

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อนุมัติให้ใช้
ตามอนุมัติ ผบ.ทบ. ทำขึ้นที่ กบ.ทบ.
ที่ต่อ กท 0404/12234 ลง 24 ก.ย.53