

คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.ที่ ๑๗๒/๓๖

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ -

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ เครื่องวัดความถ่วงจำเพาะของปัสสาวะ

หน่วยนับ เครื่อง

๑. คุณลักษณะเฉพาะ

๑.๑ ลักษณะทั่วไป เป็นเครื่องวัดความถ่วงจำเพาะของปัสสาวะแบบวัดการหักเหของแสง
ชนิดมือถือ (Hand Refractometer)

๑.๒ ลักษณะเฉพาะ

- ๑.๒.๑ สามารถใช้วัดความถ่วงจำเพาะของปัสสาวะปริมาณน้อยๆ ได้
- ๑.๒.๒ สามารถปรับความชัดของช่องมองภาพได้
- ๑.๒.๓ สามารถวัดความถ่วงจำเพาะของปัสสาวะได้ในช่วง ๑.๐๐๐ - ๑.๐๕๐
- ๑.๒.๔ สามารถวัดค่าการหักเหของแสง (Refractive Index) ได้ไม่น้อยกว่าในช่วง ๑.๓๓๔ - ๑.๓๕๕
- ๑.๒.๕ มีปุ่มสำหรับปรับค่าของเครื่องให้ถูกต้อง
- ๑.๒.๖ สามารถอ่านค่าที่ได้จากสเกลในเครื่องโดยตรง
- ๑.๒.๗ มีแผ่นสำหรับปิดกันแสง (Day Light Plate) ติดกับปริซึม สามารถเปิด-ปิดได้สะดวก

๒. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

๓. ข้อกำหนดอื่น ๆ มีคู่มือการใช้งานเป็น ภาษาอังกฤษหรือภาษาไทย ๒ ชุด
(ตัวจริง ๑ ชุด)

๔. วิธีตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบแค็ตตาล็อก และทดลองใช้งาน

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.ของ พบ.

พ.อ.....ประธานกรรมการ

(กอบโชค พัววิไล)

พ.อ.....กรรมการ

(ธวัช สุวิดิภาพ)

พ.อ.....กรรมการ

(สุรเดช เวชภูติ)

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อบรมติให้ใช้ตาม

อนุมัติ ผบ.ทบ. ท้ายบันทึกฯ กบ.ทบ. ๑๕๐

ทกท.๐๔๐๔/ 1680/36 ลง 8 มี.ค.๓๖

(ลงชื่อ).....

(.....)

(ตำแหน่ง).....