

คุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย พ. ที่ 075/48

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6530-XX-247-0244

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ตู้ควบคุมอุณหภูมิสำหรับเก็บยาและเวชภัณฑ์ขนาดไม่น้อยกว่า 30 คิวบิกฟุต
(Drug Refrigerator , 30 Cu.Ft)

หน่วยนับ ตู้

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 คุณลักษณะเฉพาะในการใช้งาน ใช้สำหรับเก็บยาและเวชภัณฑ์ สามารถควบคุมอุณหภูมิได้

1.2 คุณลักษณะเฉพาะในทางเทคนิค

1.2.1 ประตูด้านหน้าเป็นกระจกสุญญากาศ 2 ชั้น สามารถมองเห็นภายในตู้ได้

1.2.2 ตัวตู้ทำด้วยโลหะพ่นหรือเคลือบสีและมีล้อสำหรับเคลื่อนย้ายได้สะดวก

1.2.3 พลังตู้ดูดด้วยฉนวนกันความร้อน ชนิดยูรีเทนโฟม ความหนาแน่นสูงหรือดีกว่า

1.2.4 มีชั้นวางของภายในตู้ จำนวนไม่น้อยกว่า 5 ชั้น สามารถปรับระดับได้

1.2.5 ภายในตู้มีหลอดไฟให้แสงสว่าง

1.2.6 สามารถควบคุมอุณหภูมิภายในตู้ได้ โดยอุณหภูมิต่ำสุดไม่น้อยกว่า 0 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิสูงสุดไม่เกิน 8 องศาเซลเซียส

1.2.7 มีหน้าปัดแสดงอุณหภูมิเป็นตัวเลข

1.2.8 ระบบทำความเย็นใช้คอมเพรสเซอร์ขนาดไม่น้อยกว่า 0.5 แรงม้า

1.2.9 เป็นระบบไม่มีน้ำแข็งเกาะ (No Frost)

1.2.10 มีพัดลมเป่าให้อากาศภายในตู้หมุนเวียนทำให้อุณหภูมิในตู้สม่ำเสมอ

1.3 คุณลักษณะเฉพาะในการออกแบบ

1.3.1 เป็นตู้เย็นแบบตู้เย็น สามารถควบคุมอุณหภูมิได้ มีประตูเปิดปิด ไม่น้อยกว่า 2 บาน มีความจุไม่น้อยกว่า 30 คิวบิกฟุต

1.3.2 ระบบควบคุมความเย็นเป็นแบบ Thermostat หรือ Digital control หรือดีกว่า

1.3.3 ใช้ไฟฟ้า 220 โวลต์ 50 เฮิร์ตซ์

2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่น ๆ

3.1 ต้องเป็นของใหม่จากโรงงานที่ผลิตและไม่เคยใช้งานมาก่อน

3.2 มีหนังสือคู่มือการใช้งานและการปรัณนิตปีบำรุงรักษาเป็นภาษาไทย และภาษาอังกฤษอย่างละ 2 ชุด
(ตัวจริง 1 ชุด)

/3.3 มีเครื่อง...

3.3 มีเครื่องหมายถาวรของบริษัทแสดงชื่อที่อยู่และโทรศัพท์ (สติ๊กเกอร์) ติดกับเครื่องสามารถมองเห็นได้ชัดเจน

3.4 ต้องได้รับการรับรองคุณภาพในด้านการผลิตและความปลอดภัยในการใช้งาน

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบแคตตาล็อก และทดลองใช้งาน

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ. ของ พบ.

(ลงชื่อ) พ.อ.ประสงค์ ล้อมทอง
(ประสงค์ ล้อมทอง)

ผอ.กวก.พบ./ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ) พ.อ. ปรีชา อนันตะ
(ปรีชา อนันตะ)

ผอ.กทพ.พบ./กรรมการ

(ลงชื่อ) พ.อ.หญิง สลิลลา วีระรัตน์
(สลิลลา วีระรัตน์)

เภสัชกร รพ.ร.ร.6/กรรมการร่วมจากหน่วยใช้

3 ส.ค.2548

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย พ. ของ ทบ.

(ลงชื่อ) พล.ต.พร้อมพงษ์ พิระบูล
(พร้อมพงษ์ พิระบูล)

ผทค.ทบ./ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ) พ.อ.ธนา สุรารักษ์
(ธนา สุรารักษ์)

ผอ.กกบ.พบ./กรรมการ

(ลงชื่อ) พ.อ.ภัทราวดี ชุนหะวัน
(ภัทราวดี ชุนหะวัน)

รอง ผอ.กอร.กบ.ทบ./กรรมการ

10 ส.ค.2548

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อनुวัติให้ใช้
ตามอนุมัติ ผบ.ทบ.ทำขึ้นที่กกบ.ทบ.
ที่ต่อ กท 0404/12739 ลง 14 ก.ย.48