

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ -

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ชุดเจาะวัดความดันน้ำไฮสแตนดิ่ง

หน่วยนับ ชุด

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้ออกให้  
อนันต์ พ.ท. บัณฑิตศึกษา กบ.ทบ.  
ท.บ. 0404/3571 ลง 31/4/85  
(ลงชื่อ) \_\_\_\_\_  
(ตำแหน่ง) \_\_\_\_\_

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 ลักษณะทั่วไป เป็นชุดสำหรับเจาะวัดความดันน้ำไฮสแตนดิ่ง

1.2 ลักษณะเฉพาะ

1.2.1 หลอดแก้ววัดความดันน้ำไฮสแตนดิ่งชั้นล่าง แสดงระดับตั้งแต่ 3 - 30 ซม. มีตัวเลขบอก  
บอกขีดทุกระดับ ส่วนหัวเป็นโลหะชนิดหัวต้อด ส่วนปลายของหลอดเป็นโลหะ เพื่อต่อกับ  
หลอดแก้วที่ 2

1.2.2 หลอดแก้ววัดความดันน้ำไฮสแตนดิ่งชั้นบน แสดงระดับตั้งแต่ 33 - 60 ซม. ส่วนหัวเป็น  
โลหะ เพื่อใช้ต่อกับหลอดแก้วที่ 1

1.2.3 เข็มเจาะหลัง เบอร์ 20 และ 17 อย่างละ 1 เล่ม

1.2.4 ทรีเวย์โลหะ 3 ทาง ชนิดสุกร 1 ตัว

1.2.5 มีภาชนะสำหรับนั่งฆ่าเชื้อโรค ขนาดยาว 34 ซม. กว้าง 3 ซม. ที่ตัวภาชนะ  
สปริงล๊อคหลอดแก้วและทรีเวย์

2. การบรรจุหีบห่อ บรรจุในหีบห่อที่มั่นคงแข็งแรง เคลื่อนย้ายได้สะดวก

3. ข้อกำหนดอื่น ๆ

3.1 เป็นผลิตภัณฑ์ของประเทศสหรัฐอเมริกา, ประเทศในยุโรป หรือประเทศไทย

3.2 ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายจากโรงงานผู้ผลิตโดยตรง

วิธีตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ แบบรูปและตาดู และทดลองใช้งาน

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. ของ พ.บ.

พ.บ. 62.

ประธานกรรมการ

พ.บ. 62. กรรมการ

พ.บ. 62. กรรมการ

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย พ. ของ พ.บ.

พ.บ. 62. กรรมการ

พ.บ. 62. กรรมการ

พ.บ. 62. กรรมการ