

คุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย พ. ที่ 360/50 (พบ.)

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6520-XX-247-2136

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ เครื่องมือถ่างขยายช่องปากสำหรับงานทันตกรรม
(Lip Retractor for Dental Use)

หน่วยนับ อัน

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 คุณลักษณะเฉพาะในการใช้งาน ใช้สำหรับถ่างขยายช่องปากให้กว้างเพื่อความสะดวกต่อการใส่เครื่องมือทางทันตกรรมจัดฟันหรืองานทันตกรรมด้านอื่นๆ

1.2 คุณลักษณะเฉพาะในทางเทคนิค

1.2.1 ทำด้วยพลาสติกชนิดที่ใช้สำหรับงานทางการแพทย์ หรือวัสดุอื่นที่ดีกว่า และ ส่วนที่เป็นก้านเหล็กทำด้วยสแตนเลสที่มีความยืดหยุ่น สามารถบีบปรับความเคบ กว้าง และกลับคืนรูปได้อย่างเดิม เพื่อความสะดวกต่อการใส่เข้าและถอดออกจากช่องปาก

1.2.2 สามารถทำให้ปราศจากเชื้อได้ด้วยการ อบนึ่ง ด้วยความร้อนภายใต้แรงดันไอน้ำ หรือวิธีอื่นๆ ตามมาตรฐานของการทำให้ปราศจากเชื้อ

1.3 คุณลักษณะเฉพาะในการออกแบบ

1.3.1 เป็นเครื่องมือสำหรับถ่างขยายช่องปาก ประกอบด้วยส่วนก้านเหล็กสแตนเลส ที่มีลักษณะคล้ายคันธนู ส่วนปลายทั้ง 2 ด้าน ประกอบเข้ากันได้กับชิ้นพลาสติกซึ่งออกแบบเป็นรูปตัวยูที่มีลักษณะโค้งเว้า เข้ากับริมฝีปากและกระพุ้งแก้ม สามารถถอดแยกออกได้เป็น 3 ส่วน เพื่อความสะดวกในการทำความสะอาด

1.3.2 มีหลายขนาดให้เลือกใช้ตามความเหมาะสมในผู้ป่วยแต่ละราย จะระบุในการจัดหาแต่ละครั้ง

2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 ต้องเป็นของใหม่จากโรงงานที่ผลิต และไม่เคยใช้งานมาก่อน

3.2 ต้องได้รับรองคุณภาพในด้านการผลิตและความปลอดภัยในการใช้งานจากสถาบันตรวจสอบหรือได้รับรองตามมาตรฐานสากล

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบแคตตาล็อก และทดลองใช้งาน

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ. ของ พบ.

(ลงชื่อ) พ.อ.ประสงค์ ล้อมทอง
(ประสงค์ ล้อมทอง)

ผอ.กวก.พบ./ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ) พ.อ.ปรีชา อนันตะ
(ปรีชา อนันตะ)

ผอ.กทพ.พบ./กรรมการ

(ลงชื่อ) พ.อ.หญิงไศภย์สุธดา วีรจิตติ
(ไศภย์สุธดา วีรจิตติ)

ทันตแพทย์ ร.ร.6/กรรมการร่วมจากหน่วยใช้

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อนุมัติให้ใช้
ตามอนุมัติ จก.พบ.ท้ายหนังสือ กวก.พบ.
ที่ กท 0446.13/675 ลง 4 ก.ย.50