

คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.ที่ 097/37

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ -

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ชุดตู้เดินและวิ่งออกกำลังกาย

หน่วยนับ ชุด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 ลักษณะทั่วไป เป็นชุดตู้เดินหรือวิ่งออกกำลังกาย ใช้ประกอบในการตรวจวิเคราะห์  
สมรรถภาพการทำงานของหัวใจ

1.2 ลักษณะเฉพาะ ประกอบด้วย

- 1.2.1 สามารถรับน้ำหนักผู้ปวยได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 300 ปอนด์
- 1.2.2 มอเตอร์มีขนาดไม่น้อยกว่า 1.75 แรงม้า
- 1.2.3 สามารถปรับตั้งความเร็วของสายพานได้อย่างน้อยในช่วง 1-10 ไมล์ต่อชม.
- 1.2.4 สามารถปรับความชันของลู่วิ่งได้อย่างน้อยในช่วง 1-15 %
- 1.2.5 มีพื้นที่ใช้เดินหรือวิ่งขนาดไม่น้อยกว่า 20 x 58 นิ้ว มีราวข้าง
- 1.2.6 เครื่องสามารถหยุดฉุกเฉินได้รวดเร็ว (Quick release emergency stop)
- 1.2.7 ใช้ไฟฟ้า 220 โวลต์ 50 เฮิร์ตซ์

2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ มีหนังสือคู่มือการใช้งานและการปรัณนบัติบำรุง เป็นภาษาไทยหรืออังกฤษ  
อย่างละ 3 ชุด (ตัวจริง 1 ชุด)

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบเก็ดตาลีอก และทดลองใช้งาน

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.ของ พบ.

(ลงชื่อ) พ.อ.กอบโชค พัววิไล  
(กอบโชค พัววิไล)

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ) พ.อ.ธวัช สวัสดิภาพ  
(ธวัช สวัสดิภาพ)

กรรมการ

(ลงชื่อ) พ.อ.สุรเดช เวชภูติ  
(สุรเดช เวชภูติ)

กรรมการ